

Poznań, dn. 19.11.2014r

EZ/350/99/2014/1506

Wg rozdzielnika

Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/99/2014 na zakup i dostawę urządzeń medycznych.

W związku ze złożonymi pytaniami do ww do przetargu Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poniższego opisu:

Parametr/ opis		Parametr wymagany	Oferowane parametry z podaniem strony oferty potwierdzającej te parametry
Urządzenie fabrycznie nowe		TAK	
Rok produkcji 2014		TAK	
I. Optyka			
1	Długość robocza 302 mm		
2	Maksymalna szerokość części wprowadzanej 2,7 mm		
3	Średnica 2,7 mm		
4	Kąt patrzenia 30 stopni, szerokokątna		
5	Sterylizacja autoklaw		
6	Tuba ochronna		
7	Kontener do sterylizacji		
II. Płaszcz histeroskopowy			

1	Średnica 5,8 mm		
2	Kanał roboczy 5 Fr/Ch		
III. Kleszczyki chwytające			
1	Średnica 5 Fr		
2	Półgietkie		
IV. Nożyczki histeroskopowe			
1	Średnica 5 Fr		
2	Półgietkie		
V. Uszczelka			
1	Do 5 Fr kanału roboczego		
2	Opakowanie 10 sztuk		
VI. Światłowód			
1	Długość zewnętrzna światłowodu i adaptera światłowodu 3000 mm		
2	Średnica wiązki włókien 4,8 mm		
3	Typ S do optyk do 4 mm grubości		
VII. Kontener do sterylizacji			
1	Wymiary 537 x 139 x 268 mm +/- 20mm		
2	Uchwyty silikonowe w komplecie		
VIII. Dren do pompy płuczącej			
1	Dren wielorazowego użytku		
2	Podłączenie do 2 worków		
IX. Kleszczyki chwytające			
1	Średnica 3 Fr		
2	Długość 280/400 mm		
3	Półgietkie		
X. Certyfikat CE			
XI. Gwarancja – min 12 m-cy			
XII. Szkolenie			
1.	Szkolenie 3 osób		

Odpowiedzi:

Poz. I. **Optyka: poz. 1, poz. 2 i poz. 3** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz ponieważ określone w opisie parametry umożliwiają korzystanie krzyżowe z posiadanego obecnie osprzętu.

Poz. II. **Płaszcz histeroskopowy poz. 1** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W planowanym zakupie histeroskopu zależy na najmniejszej średnicy zewnętrznej płaszczu, przy zachowanej jakości i niskiej awaryjności, ze względu na potrzebę jak najmniejszej urazowości kanału szyjki macicy.

Poz VI. **Światłowód poz. 1** – Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. W planowanym zakupie histeroskopu zależy Zamawiającemu na najmniejszej średnicy zewnętrznej płaszczu, przy zachowanej jakości i niskiej awaryjności, ze względu na potrzebę jak najmniejszej urazowości kanału szyjki macicy.

Usuwa się z opisu przedmiotu zamówienia pozycję VII. Kontener do sterylizacji poz. 1 i 2.

VII. Kontener do sterylizacji		
Wymiary 537 x 139 x 268 mm		
Pokrywa i mata silikonowa w komplecie		

W pozostałych pozycjach wymienionych w pytaniu – Zamawiający dopuszcza proponowane parametry.

Pytanie 2:

Dot. Pakiet 5 - Histeroskop

Działając na podstawie Art. 38 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759), zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie, dając tym samym możliwość złożenia oferty na wysokiej klasy histeroskop renomowanej firmy - Karl Storz, od lat istniejącej na rynku polskim i światowym, której histeroskopy spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami w wielu polskich szpitalach.

1. Czy zamiast elementów histeroskopu opisanych w punktach I, II, III, IV, V, VI, VII Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne pod względem przeznaczenia elementy histeroskopu o poniżej wyspecyfikowanych parametrach, które nieznacznie różnią się od opisanych przez Zamawiającego? Poniżej przedstawiamy dwie opcje zestawów:

OPCJA I

I. Optyka

Długość robocza 30 cm,

Średnica 2,9 mm,

Kąt patrzenia 30°,

Sterylizacja w autoklawie 134 °C,

W zestawie tuba ochronna oraz kontener do sterylizacji

II. Płaszcz histeroskopowy

Płaszcz histeroskopowy przepływowy składający się z płaszczu wewnętrznego oraz płaszczu zewnętrznego:

- płaszcz wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 5,4 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania

- płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze nie większym niż 6 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania

III. Kleszczyki chwytające

Nożyczki chwytające, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr.

IV. Nożyczki histeroskopowe

Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr.

V. Uszczelka

Uszczelka do kanału roboczego 5 Fr płaszczka histeroskopowego, 10 szt.

VI. Światłowód

Długość światłowodu 3000 mm, śr. 3,5 mm, kompatybilny z optyka histeroskopową

VII. Kontener do sterylizacji

Wymiary dostosowane do wymiarów instrumentów histeroskopowych
Pokrywa i mata silikonowa w zestawie

OPCJA II

I. Optyka

Optyka histeroskopowa ze zintegrowanym kanałem płuczącym z kranikiem, z okularem prostym, rozmiar 2,9 mm, kąt patrzenia 30 st., długość 24 cm. Konstrukcja umożliwiająca niezależną pracę bez płaszczka zewnętrznego jako histeroskop diagnostyczny jak również z nakładanym płaszczem zewnętrznym z kanałem roboczym z możliwością zamocowania w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej. Sterylizacja w autoklawie 134 °C. W zestawie tuba ochronna oraz kontener do sterylizacji.

II. Płaszcz histeroskopowy

Płaszcz histeroskopowy o rozmiarze 4,4 mm, dł. 18 cm, z przyłączem ssącym z kranikiem oraz kanałem instrumentowym dla instrumentów 5 Fr., mocowanie płaszczka na optyce histeroskopowej w dwóch pozycjach: aktywnej oraz pasywnej

III. Kleszczyki chwytające

Nożyczki chwytające, półsztywne, obie bransze ruchome, rozm. 5 Fr.

IV. Nożyczki histeroskopowe

Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr.

V. Uszczelka

Uszczelka do kanału roboczego 5 Fr płaszczka histeroskopowego, 10 szt.

VI. Światłowód

Długość światłowodu 3000 mm, śr. 3,5 mm, kompatybilny z optyka histeroskopową

VII. Kontener do sterylizacji

Wymiary dostosowane do wymiarów instrumentów histeroskopowych
Pokrywa i mata silikonowa w zestawie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza histeroskop z osprzętem zaoferowanym w **OPCJI II.**

Pytania ogólne dot. Pakiet 5 - Histeroskop

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły bipolarnej 5 Fr. niezbędnej do zabiegów histeroskopowych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igły bipolarnej 5 Fr. zagiętej pod kątem 90 stopni niezbędnej do zabiegów histeroskopowych?

Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania optyki soczewkowej (sztywnej), która gwarantuje lepszą jakość obrazowania ?

Odpowiedź na pytanie 4 i 5 – Zamawiający nie wymaga igły bipolarnej 5Fr prostej i zagiętej oraz optyki sztywnej soczewkowej, ale dopuszcza w/w elementy wyposażenia i konstrukcji jako znacząco podwyższające jakość wykonywanej histeroskopii.

Pytanie 6. : Czy Zamawiający mógłby wydzielić do odrębnego pakietu - punkty VIII i IX ponieważ dotyczą one elementów oferowanych tylko przez jednego dostawcę i są doposażeniem posiadanego przez Zamawiającego zestawu ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę i z wydzielonych pozycji VIII i IX pakietu 5 tworzy **pakiet nr 6**. Zapis dotyczący pakietu 6 poniżej:

Pakiet 6

Nazwa narzędzi (typ):

Producent:

Rok produkcji: nie wcześniej 2014r

Parametr/ opis		Parametr wymagany	Oferowane parametry z podaniem strony oferty potwierdzającej te parametry
Narzędzia fabrycznie nowe		TAK	
Rok produkcji 2014		TAK	
VIII. Dren do pompy płuczącej - 3 sztuki			
1	Dren wielorazowego użytku		
2	Podłączenie do 2 worków		
IX. Kleszczyki chwytające – 1 sztuka			
1	Średnica 3 Fr		
2	Długość 280 mm		
3	Półgiętkie		
X.	Certyfikat CE		
XI.	Gwarancja – min 12 m-cy		

Pytania dot. Pakiet 5 – Histeroskop, projekt umowy

Pytanie 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania dot. terminu realizacji do 6 tygodni.

Pytanie 8 Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 2 dni roboczych do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 9 Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 5 dni roboczych do 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę i dokonał stosownej modyfikacji w projekcie umowy pismem nr EZ/350/99/2014/1465 z dnia 04.11.2014r, cyt:

e) Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako – od momentu zgłoszenia – przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 7 dni robocze (pon.-pt), a w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów do 14 dni roboczych (pon.-pt). Na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowany.

Pytanie 10 Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych od umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający modyfikuje zapis w tabeli pakietu 5 –

- w pozycji I. Optyki: poz.1. Długość robocza 282,5 mm– na następujący wymóg: od 240mm – 285 mm
- w pozycji I. Optyki: poz. 3. Średnica 3mm – na następujący wymóg: od 2,9mm – 3,0mm
- w pozycji II. Płaszcz histeroskopowy: poz. 1. Średnica 5,5mm na następujący wymóg: max 5,5mm

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonuje się modyfikacji w pkt. V.1. 2 i 3 oraz w pkt.VII Wadium, tj.:

2	<p>Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p>Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę minimum PLN:</p> <table border="1" data-bbox="810 1512 1090 1760"><tr><td>pak. 1-</td><td>6300</td></tr><tr><td>pak. 2-</td><td>6500</td></tr><tr><td>pak. 3-</td><td>4500</td></tr><tr><td>pak. 4-</td><td>5300</td></tr><tr><td>pak. 5-</td><td>29000</td></tr><tr><td>pak. 6-</td><td>4600</td></tr></table> <p>Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p>➤ Oświadczenie o spełnieniu warunku</p> <p>Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.</p> <p>W przypadku składania ofert na więcej niż 1 pakiet Wykonawca na</p>	pak. 1-	6300	pak. 2-	6500	pak. 3-	4500	pak. 4-	5300	pak. 5-	29000	pak. 6-	4600
pak. 1-	6300												
pak. 2-	6500												
pak. 3-	4500												
pak. 4-	5300												
pak. 5-	29000												
pak. 6-	4600												

	potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć 1 dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą.												
3	<p>Aktualną umowę ubezpieczeniową - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż podana niżej dla poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta w PLN:</p> <table border="1" data-bbox="821 450 1078 698"> <tr> <td>pak. 1-</td> <td>6300</td> </tr> <tr> <td>pak. 2-</td> <td>6500</td> </tr> <tr> <td>pak. 3-</td> <td>4500</td> </tr> <tr> <td>pak. 4-</td> <td>5300</td> </tr> <tr> <td>pak. 5-</td> <td>29000</td> </tr> <tr> <td>pak. 6-</td> <td>4600</td> </tr> </table> <p>W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach</p>	pak. 1-	6300	pak. 2-	6500	pak. 3-	4500	pak. 4-	5300	pak. 5-	29000	pak. 6-	4600
pak. 1-	6300												
pak. 2-	6500												
pak. 3-	4500												
pak. 4-	5300												
pak. 5-	29000												
pak. 6-	4600												

Oraz modyfikacji WADIUM

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości podanej poniżej dla pakietów, na które składa ofertę. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów jest następująca:

pak. 1-	63 PLN
pak. 2-	65 PLN
pak. 3-	45 PLN
pak. 4-	53 PLN
pak. 5-	287 PLN
pak. 6-	45 PLN

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia, Formularz ofertowy oraz zmodyfikowany projekt umowy.

W związku z powyższymi odpowiedziami i modyfikacją zmienia się termin składania i otwarcia ofert z dnia 24.11.2014r na dzień **12.12.2014r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna