

Poznań, dnia 05-01-2015  
EZ/350/110/2014/\_\_\_4\_\_\_

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania oraz zainteresowanych**

**Dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń- sprzętów medycznych UNIT LARYNGOLOGICZNY, STÓŁ OPERACYJNY [350/110/2014]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

**Dotyczy pakietu nr 2**

**Stół operacyjny – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy z diodowym wskaźnikiem rozładowania akumulatora oraz z procentową informacją na wyświetlaczu pilota o stanie naładowania akumulatorów? **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wyposażenie w proponowanego pilota - z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów opisanych w specyfikacji.**
2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o długości całkowitej 2035mm, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? **ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza – stół proponowanej długości jest zbyt krótki.**
3. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie nieznacznie różniącej się od wymaganej w tabeli parametrów technicznych tj. 740 – 1140mm? **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przejezdną podstawą w kształcie litery H z 4 kołami o średnicy 125mm, co zwiększa mobilność stołu z centralną blokadą uruchamianą i zwalnianą dźwignią nożną? **ODPOWIEDŹ: NIE – Zamawiający wymaga, aby podstawa była w kształcie litery T lub Y.**
5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z materacem bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA? **ODPOWIEDŹ: NIE – Zamawiający wymaga, aby materac zawierał domieszkę aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA .**
6. Czy dla ułatwienia pracy chirurga i odciążenia fizycznego Zamawiający dopuści wymóg zaoferowania stołu operacyjnego z elektromechaniczną regulacją przesuwu wzdłużnego? **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**
7. Czy w celu efektywniejszej pracy oraz monitorowania pacjenta ramieniem C Zamawiający dopuści wymóg zaoferowania stołu operacyjnego z przesuwem wzdłużnym wynoszącym, co najmniej 400mm? **ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, Katarzyna Witkowska tel. 61/ 88 50 643 fax ...698