

Poznań, dn. 05.12.2014 r
EZ/ 350/113/2014/ 1579

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/113/2014 na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż odpowiada niniejszym na pytania złożone do ww przetargu. W związku z dużą ilością pytań i odpowiedzi Zamawiający przesuwają termin składania i otwarcia ofert z dnia 03.12.2014r na dzień **11.12.2014r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Zamawiający załącza do niniejszego pisma zmodyfikowany załącznik – oświadczenie z art. 24 ust. 1, obowiązujący przy składaniu ofert.

Pytanie 1 Pakiet 1

Poz.2

NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260 MM
OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA

Pytanie: Czy zamawiający dopuści NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 250 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

Pytanie 2 Pakiet 1

Poz. 7

IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 205 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

Pytanie: Czy zamawiający dopuści IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pakiet 1

Poz. 8

KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW

Pytanie: Czy zamawiający dopuści KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 150 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

Pytanie 4 Pakiet 1

Poz. 10

KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM
KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM

Pytanie: Czy zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 Pakiet 1

Poz. 16

KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM

Pytanie: Czy zamawiający dopuści KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 270 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długa.

Pytanie 6 Pakiet 1

Poz. Nr 3 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długa.

Pytanie 7 Pakiet 1

Poz. Nr 6 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Potts-Smith, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 Pakiet 1

Poz. Nr 7 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 Pakiet 1

Poz. Nr 8 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

Pytanie 10 Pakiet 1

Poz. Nr 10 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 Pakiet 1

Poz. Nr 13 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 18x17 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 12 Pakiet 1

Poz. Nr 14 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 165 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za długa.

Pytanie 13 Pakiet 1

Poz. Nr 15 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 30x10 mm i dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 14 Pakiet 1

Poz. Nr 16 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15 Pakiet Nr 3

Poz. Nr 5 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za długie.

Pytanie 16 Pakiet Nr 3

Poz. Nr 6 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

Pytanie nr 17; dot. Pakiet 1, poz. 32 (omyłka - pytanie dotyczy pakietu 2)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszcze otrzewnowe Mikulicz, (...) dł. 18cm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za krótkie.

Pytanie nr 18; dot. opisów przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie różnic w wymiarach narzędzi chirurgicznych na poziomie +/- 5%.

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Każde narzędzie należy oceniać oddzielnie.

Pytanie nr 19; dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne (...) dł. 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, proponowane narzędzie jest za krótkie.

Pytanie nr 20; dot. Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w nazewnictwie i wymiarach przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum-Fino, dł. 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 21; dot. Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w nazewnictwie przedmiotu: „Nożyczki preparacyjne odgięte, typ Metzenbaum-Fino“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22; dot. Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo, z zapadką, długość 200mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23; dot. Pakiet 1, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki jelitowe typ Allis, długość 150mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za krótka.

Pytanie nr 24; dot. Pakiet 1, poz. 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe typ Kocher - Ochsner, odgięte, długość 180mm“,

pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25; dot. Pakiet 1, poz. 14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Collin, dwustronny, dł. 165mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 26; dot. Pakiet 1, poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki do opatrunków proste, Maier, długość 250mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 27; dot. Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Pęseta anatomiczna DeBakey (...) dł. 16cm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 28; dot. Pakiet 2, poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Łyżka biopsyjna Simon, fig.2 dł. 25cm“?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 29; dot. Pakiet 2, poz.28

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło do szycia Converse (...) dł. 12cm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 30; dot. Pakiet 2, poz.29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki hemostatyczne Micro-Mosquito, zakrzywione, dł. 12cm“?

Odp. Nie. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie nr 31; dot. Pakiet 3, poz.3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Pinceta anatomiczna (...) dł. 160mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za długie.

Pytanie nr 32; dot. Pakiet 3, poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo, długość 140mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za krótkie.

Pytanie nr 33; dot. Pakiet 3, poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo, długość 160mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Proponowane narzędzie jest za długie.

Pytanie nr 34;

Czy Zamawiający dopuści materiały producenta w języku angielskim i/lub niemieckim?

Odp. Zamawiający dopuści materiały producenta w języku angielskim i/lub niemieckim z jednoczesnym załączonym tłumaczeniem na język polski.

Pytanie nr 35; dot. "UMOWA do przetargu nieograniczonego nr 350/113/2014"

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5, punkt 1 z:

„opóźnienia lub zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 %, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy”
na

„opóźnienia lub zwłoki w dostawie Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy”

Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany.

Pytanie nr 36

Wnosimy o zniesienie wymogu aby producent narzędzi posiadał własną kuźnię w celu zapewnienia pełnej transparentności procesu produkcyjnego. Treansparentność procesu produkcyjnego potwierdzają firmy notyfikacyjne, które wystawiają certyfikaty CE oraz ISO. Fakt, że odkuwki pochodzą z własnej kuźni bądź zewnętrznej, zgodnie z normami nie ma żadnego wpływu na proces produkcyjny i jakość produktu końcowego. Za jakość odkuwek odpowiada producent zgodnie z wszystkimi europejskimi normami jakości. Taki zapis rażąco ogranicza konkurencję i stanowi naruszenie art.. 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że fakt, iż firma posiadania kuźnie nie oznacza, że z niej pochodzą wszystkie odkuwki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od wymogu posiadania własnej kuźni. Zapewnia to odpowiednia jakość, trwałość i pewność zachowania właściwej technologii w jednym ciągu produkcji, co ma duże znaczenie dla specyfiki jednostki zamawiającej.

Pytanie 37; dot. Pakiet 4, poz.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Volkmann (...) dł. 230mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38; dot. Pakiet 4, poz.8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Haczyk (...) Kleinert-Kutz, dł. 150mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39; dot. Pakiet 4, poz.10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Imadło chirurgiczne typ Webster, z zapadką, dł.130mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 40 ; dot. Pakiet 4, poz.17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41; dot. Pakiet 4, poz.18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu:

„Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42, dot. Pakiet 4, poz.19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu:

„Kleszczyki naczyniowe, typ Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 120mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 43; dot. Pakiet 4, poz.20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu:

„Zacisk opatrunkowy, typ Backhaus, odgięty, dł. 90mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44; dot. Pakiet 4, poz.32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu:

„Rozwieracz typ Weitlaner (...) dł. 100mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45 Poz. Nr 1 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach części roboczej 30x15 mm i o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 3 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 4 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach 110

(górną)x55(wysokość) mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 7 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Joseph lub narzędzia o zakrzywieniu 140° i o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 49; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 8 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 130 mm lub narzędzia o nazwie Barsky, szerokości 3 mm i o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 50; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 9 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o szerokości 2 mm i o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 10 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o gładkich szczękach lub narzędzia o nazwie Wright (Derf), pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 52; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 13 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, tępe lub ostre, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 14 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 15 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Stevens, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 55; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 16 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Lexer-Baby i o dł. 100 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 56; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 19 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 24 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 125 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 58; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 27 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 220 mm i okrągłym uchwycie, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 59; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 28 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 220 mm i okrągłym uchwycie, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 60; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 29 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 30 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 62; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 31 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o średnicy 10 Charr. (3,3 mm) i o dł. 280 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w siwz. Proponowane narzędzie nie spełnia potrzeb zamawiającego.

Pytanie 63; dot. Pakiet 4, Poz. Nr 32 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 64; dot. Pakiet 4 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Schoenborn (...) dł. 210mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65; dot. Pakiet 4 poz. 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Kleszcze do kości sitowej typ WEIL-BLAKSLEY branże tnące, proste śr. 3,5mm, długość części pracującej do uchwytu 125mm. “, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66; dot. Pakiet 4 poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „, Haczyk do skóry Joseph (...) 160mm “, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67; dot. Pakiet 4 poz. 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach przedmiotu: „Hak operacyjny typ Schoenborn (...) dł. 210mm“, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna