

Poznań, dn. 01.12.2014 r

EZ/ 350/113/2014/ 1560

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne nr EZ/ 350/69/2014 na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do podanego w tytule przetargu. Na część pytań udzielone zostały odpowiedzi jak niżej.

W związku z dużą ilością pytań i koniecznością przygotowanie na nie odpowiedzi Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 03.12.2014r na dzień **09.12.2014r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje w formularzu ofertowym w pkt. 4 termin dostawy pakietu 5 zestaw 2 na następujący: **....(nie dłużej niż do 31.03.2015r)**

### **Pytanie 1 Pakiet 3**

#### **Poz. 3**

PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.150MM

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM PROSTA DŁ.160MM

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana długość jest za duża.

### **Pytanie 2 Pakiet 3**

#### **Poz.5**

IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 160 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM

**Odp.** Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane imadło o długości 160mm jest dla zamawiającego za duże.

### **Pytanie 3 Pakiet Nr 2**

Poz. Nr 8 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 290 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za długie.

#### **Pytanie 4 Pakiet Nr 2**

Poz. Nr 12 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach bransz 2,8x7 mm i dł. całkow. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

#### **Pytanie 5 Pakiet Nr 2**

Poz. Nr 13 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

#### **Pytanie 6 Pakiet Nr 2**

Poz. Nr 28- Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 130 mm lub o dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za długie.

#### **Pytanie 7 Pakiet Nr 2**

Poz. Nr 32 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

#### **Pytanie 8 Pakiet Nr 3**

Poz. Nr 5 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za długie.

#### **Pytanie 9 Pakiet Nr 3**

Poz. Nr 6 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm, pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne.

**Odp.** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Narzędzie jest dla zamawiającego za krótkie.

#### **Pytanie 9**

Czy w § 6 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

**Odp.** Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany.

#### **Pytanie 10**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów

§ 3 ust 15b

- b) Wykonawcy zobowiązuje się naprawić uszkodzony przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski – do 10 dni roboczych. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości **brutto** zamówienia, którego dotyczy naprawa, za każdy dzień opóźnienia **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naprawa.**

§ 5 ust 1

- a) opóźnienia lub zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% **wartości brutto niezrealizowanej w terminie części**

**zamówienia**, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia**.

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 5% **wartości brutto niezrealizowanej części umowy**,

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno- -eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna