

Poznań, dn. 30. 12.2014
350/121/2014/1653

Wg rozdzielnika

Przetarg nieograniczony nr 350/121/2014 Zakup i dostawa nici chirurgicznych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zostały złożone do ww przetargu pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Pytanie 1, dotyczy pakietu 1,

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z następującą nitką:
Nić pleciona wchłaniałna wykonana z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolodu i stearyoilomleczanu wapnia. Nić zachowuje 80% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach i 30% siły podtrzymania tkankowego po 21 dniach, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, co mieści się w zakresie podanym przez Zamawiającego.
Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza; siła podtrzymywania tkankowego po 14 dniach przekracza o 30% parametr określony przez zamawiającego.

Pytanie 2, dotyczy pakietu 1, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 5x45cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 3, dotyczy pakietu 1, pozycja 6

Zamawiający wymaga nici 8x45cm, w związku z tym prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania podwójnej ilości nici pakowanych 5x45cm, co da Zamawiającemu dodatkowe dwie nitki, by otrzymać finalną ilość 10x45cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Tak. Zamawiający dopuści pod warunkiem zgodności ilości szaszetek (tj. 720) a nie nitek (8 x 360).

Pytanie 4, dotyczy pakietu 1, pozycja 8

Igła typu Prime II o pięciu krawędziach tnących produkowana jest przez jedną firmę, co uniemożliwia Naszej firmie wystartowanie w danym pakiecie. Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą wykonaną z najwyższej jakości stali Surgalloy, zachowującej max siłę i odporność na wyginanie.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający posiada wiedzę o co najmniej kilku dostawcach wymaganego produktu i co najmniej 2 producentach, gdyż opisał 2 różne igły kosmetyczne.

Pytanie 5, dotyczy pakietu 1, pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 6x75cm.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności saszetek a nie nitek.

Pytanie 6, dotyczy pakietu 1, pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 6x75cm.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zgodności saszetek a nie nitek.

Pytanie 7, dotyczy pakietu 2,

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką bez powleczenia antybakteryjnego, nic powlekana mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o wytrzymałości węzła 80% po 2 tygodniach.

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. Opis przedmiotu zamówienia umożliwia złożenie ofert przez wielu wykonawców.

Pytanie 8, dotyczy pakietu 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania w pozycji 1 z nitką o długości 90cm lub 150 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza nitkę o długości 90cm.

Pytanie 9, dotyczy pakietu 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania w pozycji 1 z igłą szpatułką premium o długości 6,3mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak. Zamawiający dopuści.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej - Sarna