

Poznań, dnia 19-12-2014  
EZ/350/122/2014/.....1639.....

Wg rozdzielnika  
do wszystkich uczestników zamówień publicznych i zaopatrzenia

**dotyczy: przetargu nieograniczonego 122/2014 - Zakup i dostawa szkiełek mikroskopowych.**

#### **Odpowiedzi na pytania.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Pytanie 1, Pakiet 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szkiełka podstawowe szlifowane, dwustronnie zmatowione, pozostałe parametry techniczno-eksploatacyjne bez zmian?

Odpowiedź:

Nie zamawiający nie wyraża zgody na szkiełka szlifowane. Wymaga się, aby krawędź szkiełek podstawowych była cięta, a nie szlifowana. Uzasadnienie - automat/aparat np. Leica CV5030 [wskazany w siwz jako używany przez Zamawiającego w Zakładzie Patologii] prawidłowo nie pobierze - "nie chwyci" – proponowanych szkiełek szlifowanych, dlatego wymagane są szkiełka cięte.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna