

Poznań, dn. 14.01.2015r

EZ/350/123/2014/ 49

Wg rozdzielnika

**Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/123/2014 na zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie iż wpłynęły pytania do wymienionego wyżej przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi podanych poniżej.

**Pytanie 1 Pak.3**

Proszę o zgodę na zaoferowanie cewników o długości 500mm, pozostałe parametry zgodne

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuści, proponowane cewniki są za krótkie.

**Pytanie 2 Pak.6**

Proszę o zgodę na zaoferowanie sond gastrostomijnych o długości 27cm zakończonych 1 otworem centralnym, pozostałe parametry zgodne.

**Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 Pakiet 3 , Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru (zgodnym z ISO), dodatkowo oznaczone cyfrowo (numerycznie) na samym konektorze - firmy Convatec (daw. Unomedical) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 Pakiet 3 , Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w standardowej dla średnicy CH10 długości 400mm - firmy Convatec (daw. Unomedical) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza – proponowana długość jest za krótka.

**Pytanie 5 Pakiet 5 , Poz. 1** Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych z drenem o długości 180cm - firmy B/Braun - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Proponowane dreny są zbyt krótkie, co obniża komfort pacjenta.

**Pytanie 6 Pakiet 5 , Poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych, użytkowane w warunkach klinicznych powinny (tak jak dotychczas stosowane) posiadać możliwość identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), poprzez oznaczenie na samym wyrobie np. logo lub nazwy producenta, nazwy własnej lub numeru serii lub innych danych identyfikacyjnych ?

Wymóg ten umożliwi Zamawiającemu prawidłowe (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) wypełnienie obowiązku zgłoszenia przez użytkownika ewentualnego wystąpienia incydentów medycznych oraz dopełnienie procedur z tym związanych.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### **Pytanie 7 Pakiet 5 , Poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z obowiązkiem wdrożenia w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej od dnia 11 maja 2013r. - Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w sprawie wykonania umowy ramowej, dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU, ze względów bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego, oferowane przyrządy do przetaczania płynów powinny posiadać specjalne miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczające przed zakłuciem po wykonanej procedurze ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w opisie zawartym w siwz.

#### **Pytanie 8 Pakiet 7 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki międzyżebrowe z trokarem - z uniwersalną nasadką zakończoną dodatkowo usuwalnym schodkowym łącznikiem kompatybilnym z wieloma średnicami drenów systemów drenażowych (tym samym umożliwiającą bezpośrednie połączenie z zamkniętym systemem do drenażu), z kolorowym trokarem wyraźnie oznaczonym rozmiarem, skalowane co 2 lub co 5cm - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Tak. Dopuszcza.

#### **Pytanie 9 Pakiet 12 Poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze treść Dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. „W sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej”, ze względów bezpieczeństwa i ochrony personelu medycznego, oferowane skalpele jednorazowego użytku powinny być typu bezpiecznego t.j. posiadające takie rozwiązanie konstrukcyjne, które osłania po użyciu metalowe ostrze, zabezpieczając tym samym przed niezamierzonym zranieniem ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 10 Pakiet 12 Poz. 6**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z dodatkiem nylonu” należy rozumieć jako wymóg zaoferowana kateterów wykonanych z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej z „nylonową” przewodnicą umożliwiającą precyzyjne i bezurazowe wykonanie procedury.

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza, iż chodzi o przewodnicę nylonową umożliwiającą precyzyjne i bezurazowe założenie cewnika do moczowodu.

#### **Pytanie 10 Pakiet 12 Poz. 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane bez zagięć i zawinień, co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co zapobiega licznym powikłaniom z tym związanym.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 11 Pakiet 13 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na jednorazowe zestawy zabiegowe do założeń centralnego cewnika żylnego o następującym składzie:

- 1 serweta włókninowa barierowa 2-warstwowa 75cmx90cm
- 1 serweta włókninowa barierowa 75cmx90cm z otworem
- 1 opatrunek foliowy poliuretanowy zabezpieczający wkłucie 10x12xm
- 2 kompresy gazowe 8-warstwowe 5cmx5cm
- 6 kompresów gazowych 8-warstwowych 7,5cmx7,5cm

5 tupferów gazowych 30cmx30cm  
1 strzykawka ju - 10ml  
1 strzykawka ju - 20ml  
1 igła iniekcyjna ju - czarna (0,7x30mm)  
1 igła iniekcyjna ju - różowa (1.2x40mm)  
1 igłotrzymacz metalowy czarny  
1 skalpel jednorazowego użytku  
1 kleszczyki niebieskie 13cm  
1 pęseta anatomiczna j.u.  
1 nożyczki metalowe ju do nici  
1 taca medyczna 11x13,5cm  
1 para rękawic lateksowych bezpudrowych rozm. M  
- spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Nie. Zamawiający oczekuje 1 kleszczyki metalowe, 1 pęsetę anatomiczną plastikowo-metalową zgodnie z siwz.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści proponowane rozwiązanie: szczotka cytologiczna do dróg żółciowych dwukanałowa, do przewodnika 0,035", długość 180 cm, cieniująca końcówka, skalowana rękojeść z funkcją płynnej rotacji?

**Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza – proponowanego rozwiązania – proponowane narzędzie jest za krótkie.**

#### **Pytanie 13**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ile sztuk zawiera opakowanie w pakiecie 16?

**Odp. 1 opakowanie = 1 sztuka.**

#### **Pytanie 14**

Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na wymianę wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub od dnia wydania ekspertyzy?

**Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 15**

Dotyczy projektu umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wiarygodności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

**Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany.**

#### **Pytanie 16**

Dotyczy projektu umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (každorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

**Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania powyższej zmiany.**

#### **Pytanie 17**

Dotyczy projektu umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 6 ust. 1 za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową.

Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

**Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w §6 poprzez dodanie ust. 2 i 3 o poniższej treści:**

2. „Za niedotrzymanie terminu płatności za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia.”

3. ” Kary umowne wynikające postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wezwania Zamawiającego do ich zapłaty.”

**ORAZ ZMIANIA DOTYCHCZASOWY NUMER USTĘPU 2 NA NUMER 4.**

#### **Pytanie 18**

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1b), 3a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% do 1% łącznej wartości brutto przedmiotów umowy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

#### **Pytanie 19**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odp.** Nie.

#### **Pytanie 20**

Czy Zamawiający w **pozycji 3, 4, 5 i 6** w związku z tym, że producent zmienił oznaczenie drenów (pozostał tylko jeden znacznik głębokości) dopuści drewny z pojedynczym zaznaczeniem głębokości – pozostałe parametry pozostają bez zmian?

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych wymogów zgodnie z siwz.

#### **Pytanie 21**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

a) zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej w terminie części zamówienia.**

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 5 % **wartości brutto niezrealizowanej części** Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości **5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

**Pytanie 22**

Czy w § 6 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp. Nie . Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania proponowanej zmiany.

**Pytanie 23 Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na cewniki międzyżebrowe z trokarem - jednego z europejskich liderów w ich produkcji - wykonane z termoczułego PCV, proste z proksymalnym zakończeniem w postaci uniwersalnego, kolorystycznie oznaczonego łącznika, umożliwiającego podłączenie z różnego rodzaju systemami zamkniętymi do drenażu, z linią widoczną w RTG, znakowane dokładniej niż wymóg siwz t.j. w odstępach co 2cm, z trokarem ostrym tzw. trójgrańcem lub tępym do wyboru przez Zamawiającego - sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 1 szt. w opakowania folia/papier, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

*Wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także zapewni Zamawiającemu przeprowadzenie procedury medycznej w sposób bezpieczniejszy z punktu widzenia aseptyki (kompatybilność połączeń), stanu klinicznego pacjenta (dowolny dobór rodzaju trokaru) oraz precyzji wykonania, ze względu na dokładniejsze skalowanie.*

Odp. Nie, nie dopuszcza się – trokar nie jest znakowany kolorem.

**Pytanie 24 Pakiet 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na cewniki międzyżebrowe z trokarem - jednego ze światowych liderów w ich produkcji - wykonane z termoczułego PCV, proste z proksymalnym zakończeniem w postaci uniwersalnej, stopniowanej nasadki, umożliwiającej swobodne podłączenie z różnego rodzaju systemami zamkniętym do drenażu, z linią widoczną w RTG, znakowane w odstępach co 5cm, z kolorowym uchwytem trokaru, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

*Wnioskowane dopuszczenie nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także zapewni Zamawiającemu przeprowadzenie procedury medycznej w sposób w pełni bezpieczny z punktu widzenia aseptyki (kompatybilność połączeń) oraz zgodny ze stanem klinicznym pacjenta.*

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25 Pakiet 12 poz. 7**

Czy Zamawiający ze względu na pamięć kształtu materiału, z jakiego wykonane są te dreny, co niejednokrotnie powoduje niekorzystne i niekontrolowane uciski na tkanki w miejscu osadzenia drenu - ma na myśli dreny typu Redon, pakowane na wprost, bez zawijania?

Odp. Zamawiający dopuści dreny pakowane na wprost pod warunkiem zgodności z opisem SIWZ.

**Pytanie 26 Pakiet 3**

Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na KONEKTORZE oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27 Pakiet 3**

Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną ( zmrozoną ) powierzchnię oraz położona naprzeciwlegle otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega przysuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28 Pakiet 3**



Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odp. Cewniki winny być zgodnie z siwz.

**Pytanie 29 PAKIET 7 Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w.w pozycji do odrębnego pakietu w celu zwiększenia ilości oferentów

Odp. Zamawiający dokonał już wydzielenia poz. 2 do pakietu 21.

**Pytanie 30 PAKIET 7 Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w.w pozycji do odrębnego pakietu w celu zwiększenia ilości oferentów

Odp. Zamawiający dokonał już wydzielenia poz. 4 do pakietu 25.

**Pytanie 31**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej wykonanej z termowrażliwego PCV, w zestawie z rurką: mandryn i tasiemka na szyję, w rozmiarze 3,5-10,0

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32 PAKIET 7 Poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w.w pozycji do odrębnego pakietu w celu zwiększenia ilości oferentów i dopuszczenie strzykawki insulinówki 1 ml/40 j.m, igła 30G 0,3 x 13 mm.

Odp. Zamawiający dokonał już wydzielenia poz. 5 do pakietu 21.

Odpowiedź na drugą część pytania: Nie. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje wymóg 1ml/100jm.

**Pytanie 33 PAKIET 9 Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz przewodnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na przewodnicę Seldingera, sterylna, w rozmiarach : 7,0 / 8,0 / 9,0

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza – ponieważ w podanych rozmiarach brak rozmiaru 6 oraz 10.

**Pytanie 34 PAKIET 9 Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej, z termowrażliwego PVC, silikonowana, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką mocującą o obrotowym jednoelementowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia , anatomicznie ukształtowana pod kątem 90°, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz przewodnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na przewodnicę Seldingera, sterylna, w rozmiarach : 7.0 / 8.0 / 9,0

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza – ponieważ w podanych rozmiarach brak rozmiaru 6 oraz 10.

W związku z dokonanymi zmianami w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający załącza zmodyfikowany ZMODYFIKOWANY PROJEKT UMOWY.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna