

Poznań, dnia 09.03.2015
EZ/350/6/2015/321

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr EZ/350/6/2015
dotyczy: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do reakcji RT-PCR w czasie rzeczywistym (qRT-PCR).

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

pkt 1 B Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania aparatu z oprogramowaniem w języku angielskim jeśli aparat spełniający parametry techniczne ma fabrycznie zaimplementowane oprogramowanie tylko w języku angielskim?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

pkt 1 C Czy Zamawiający dopuszcza ofertę dzierżawy aparatu wraz kompletnym oprogramowaniem, laptopem oraz 1 sztuką UPS? Oferowany zestaw spełniający wymogi SIWZ nie wymaga do prawidłowego funkcjonowania serwera ani też stacjonarnego komputera z monitorem

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Obowiązki wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, 3)

Czy faktycznie Zamawiający ma na myśli instruktaż dla Pracowników Pracowni Radiobiologii?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje zapis- chodzi o instruktaż dla Pracowników Zakładu Immunologii i Diagnostyki Nowotworów.

PYTANIE

Termin wykonania zamówienia:

pkt IV. B2.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na sukcesywne dostawy odczynników maksymalnie w ciągu 14 dni a odczynników z pozycji 4 formularza cenowego w ciągu maksymalnie 4 tygodni ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na 6 miesięczną gwarancję odczynników?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy:

W pozycji nr 4 formularza cenowego Zamawiający wymaga dostawy odczynnika UPL Human Gene Assay z katalogu genów referencyjnych w opakowaniu na 500 reakcji. Czy w związku ze zmianą ofertową Zamawiający dopuści możliwość oferowania UPL Human Gene Assay dla genów kodujących ACTB, GAPD oraz G6PD na 500 reakcji wyznakowanych barwnikiem Yellow 555 na 5' końcu oraz odpowiedniki dla pozostałych 7 ludzkich genów referencyjnych Real Time Ready Catalog Assay po 2 opakowania na 300 reakcji (w miejsce 1 opakowania na 500 reakcji)? Real Time Ready Catalog Assay zawierają sondę UPL i startery i są wyznakowane FAM oraz sprawdzane przed wysyłką w laboratorium.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

7. Par. 3 ust. 4 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej?

Uzasadnienie:

Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości osoby dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do składania zamówień.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE

Par. 3 ust. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnieniem” na „zwłoka” oraz doprecyzowanie co rozumie przez „z rażącym opóźnieniem”?

Uzasadnienie: „Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „z rażącym opóźnieniem” należy rozumieć , że termin dostawy będzie przekraczać 5 dni roboczych od terminu wyznaczonego w §3 ust. 4a.

Zamawiający modyfikuje treść §3 ust. 21:

Obecny zapis

21. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Odczynników, w przypadku jego dostarczenia przez Wykonawcę z rażącym opóźnieniem.

Zapis po modyfikacji:

21. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Odczynników, w przypadku jego dostarczenia przez Wykonawcę z przekroczeniem 5 dni od terminu dostawy – określonego w §3 ust. 4a.

PYTANIE

Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnego szkolenia” na „szkolenia w ramach czynszu dzierżawnego”?

ODPOWIEDŹ

Wyrażamy zgodę. W związku z powyższym modyfikuje par. 6 ust. 9 umowy na poniższy:

9. Wykonawca (Wydzierżawiająca) zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego (Dzierżawcy) w zakresie obsługi i konserwacji Urządzenia, w ramach czynszu dzierżawnego.

PYTANIE

Par. 6 ust. 1 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,1% sumy czynszu dzierżawnego?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanej zmiany.

PYTANIE

Par. 6 ust. 1 pkt c) oraz par. 6 ust. 1 pkt d) oraz par. 6 ust. 7 pkt a) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. Ponadto prosimy o doprecyzowanie brzmienia par. 6 ust. 1 pkt d) poprzez wskazanie kary umownej, o której mowa w par. 6 ust. 1 pkt c).

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Dodatkowo zapis par. 6 ust. 7 pkt. b otrzymuje brzmienie:

- b) „odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia jej przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego termin 30 dni Zamawiający zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości wskazanej w lit. a) niniejszego ustępu

PYTANIE

Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ

Nie . Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanej zmiany.

PYTANIE

Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 19.03.2015r. do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 19.03.2015r. o godz. 10.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna