

Poznań, dnia 2008-09-04

EZ/.....5146...../2008

**Wg rozdzielnika:
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 97/2008 MYJNIA-DEZYNFEKTOR.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie
pkt. 18

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania myjnię dezynfektor o głębokości do 650 mm?

ODPOWIEDŹ:

1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego wymiaru w zakresie głębokości urządzenia.

Uzasadnienie: przestrzeń w pomieszczeniu, w którym będzie ustawione urządzenie jest zbyt mała, zatem podane wymiary w SIWZ określają maksymalną wielkość myjni-dezynfektora.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna