

Poznań, dn. 26.02.2015r

EZ/350/13/2015/265

Wg rozdzielnika

| |
|--|
| Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/13/2015 na zakup i dostawa jednorazowych implantów stałych do brachyterapii LDR raka gruczołu krokowego wraz z wyposażeniem. |
|--|

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 modyfikuje treść siwz w pkt. II. 11 przed modyfikacją:

11. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- a) umowa na okres 24 miesięcy,

po modyfikacji:

11. Wymagany termin realizacji zamówienia:
- a) umowa na okres 12 miesięcy,

oraz informuje, iż wpłynęły pytania do wymienionego wyżej przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi podanych poniżej.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w walucie EURO?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty w walucie polskiej w PLN.

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszonej treści specyfikacji przetargowej zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących zapisu treści SIWZ. W części X a. Zamawiający podaje adres na który należy złożyć próbki – jakie próbki Zamawiający ma na myśli?

Odp. Zamawiający wykreśla z pkt. X zdanie dotyczące złożenia próbek.

Pytanie 3

W załączniku nr 1 – Formularz ofertowy w p. 10 zawarte jest zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy natomiast w p. XIV SIWZ napisano, że „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Prosimy zatem o usunięcie zapisu zawartego w p. 10 Załącznika nr 1.

Odp. Zamawiający wykreśla z formularza ofertowego zdanie dotyczące wniesienia należytego wykonania umowy. W zał. zmodyfikowany Formularz ofertowy.

Pytanie 4

Pytanie dotyczy załącznika 3A - Ocena wymagań technicznych opisanych w poz. 5. Oferujemy ziarna I-125 zawierające markery ze złota, umożliwiające doskonałą widoczność ziaren w USG i CT albo ziarna I-125 z markerem z metalu, umożliwiającym doskonałą widoczność w badaniu rezonansu magnetycznego. Prosimy o sprecyzowanie o które ziarna chodzi.

Odp. Zamawiający nie korzysta z rezonansu magnetycznego w zabiegach wykonywanych w WCO – W związku z tym wykreśla w poz. 5 drugie zdanie po przecinku. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 3A – Ocena wymagań technicznych.

Pytanie 5

Pytanie dotyczące szkolenia klinicznego i technicznego – p. III SIWZ (str. 3) oraz §3 p. 27 i 28 projektu umowy (Zał. nr 5). W przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, który już przeszkolił personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie przygotowania źródeł do aplikacji przy wykorzystaniu oferowanego sprzętu prosimy o wykreślenie zapisu z projektu umowy (§ 3 p. 27 i 28) zobowiązującego tego Wykonawcę do przeprowadzenia ponownego szkolenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgody na powyższe.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna