

Poznań, dnia 25.02.2015  
EZ/350/15/2015/245

**Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/15/2015 Zakup i dostawa opatrunków

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej operacyjnej z gazy 20n, czterowarstwowej z chipem i tasiemką wszytą w brzeg serwety, o wymiarach 20x30cm, masa powierzchniowa  $\geq 23\text{g/m}^2$ , w opakowaniach a'2szt?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuści powyższego. Proponowana serweta jest o 1/3 mniejsza od wymaganej przez zamawiającego.

PYTANIE

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwety pakowane podwójnie w opakowania papier-folia, z dwoma etykietami samoprzylepnymi, po jednej na każdym opakowaniu jednostkowym (na zewnętrznej powierzchni poszczególnych opakowań)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego- podwójne opakowania są nieekonomiczne dla Zamawiającego.

PYTANIE

**Pakiet 13**

**Pozycja 1-3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych, jałowych, z nitką RTG, 12warstwowych, 17nitkowych, przewiązywanych po 10szt. paskiem papierowym, odpowiednio w pozycjach:

- 1- 10x10cm, waga 2,82g, wielkość wykroju gazy 39,5x31cm
- 2- 7,5x7,5cm, waga 1,61g, wielkość wykroju gazy 29,5x23,8cm
- 3- 5x5cm, waga 0,74g, wielkość wykroju gazy 19,5x16,5cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego- oferowane kompresy są z gazy o 50% większej ilości nitek od wymaganych przez Zamawiającego.

PYTANIE

**Pakiet 13**

**Pozycja 1-3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z 1 etykietą samoprzylepną.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający wymaga dwóch etykiet samoprzylepnych.

PYTANIE

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych kompresów gazowych, o wadze i wykrojach odpowiednio w pozycjach:

- 1- waga 0,52g, wielkość wykroju gazy 19,5x11,5cm
- 2- waga 1,12g, wielkość wykroju gazy 29,5x16,5cm
- 3- waga 1,95g, wielkość wykroju gazy 39,5x21,5cm
- 4- waga 3,78g, wielkość wykroju gazy 39,5x41,6cm
- 5- waga 0,52g, wielkość wykroju gazy 19,5x11,5cm
- 6- waga 1,95g, wielkość wykroju gazy 39,5x21,5cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza powyższych produktów- w SIWZ określono minimalną wagę kompresów.

PYTANIE

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań handlowych do 500op a'3szt lub a'10szt?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem iż opakowanie handlowe będzie zawierało opakowania dodatkowe po 100 szt. pakietów a 3 szt. lub a 10 szt.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna