

Poznań, dnia 2015-02-20  
EZ/350/17/2015/.....214.....

Wg rozdzielnika  
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego **Dostawy radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej [350/17/2015]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielamy odpowiedzi:

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

1. Dotyczy: Załącznik nr 8 do specyfikacji, punkt c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie FDG o czasie przydatności do użycia 10h i podda ocenie taki czas?

Dodamy, że dla oferowanego przez nas produktu leczniczego Gluscan PL, czas transportu z Warszawy do Pracowni PET wynosi 2h 40 min, a więc po dotarciu do Pracowni PET jest on ważny jeszcze przez 7h 20 min. Przy założeniu podań co 40 min, można wykonać 12 badań w Pracowni, co przy założeniu SIWZ wykonywania codziennie od 5 do 10 badań, powinno zadowolić Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji dotyczące przydatności do użycia FDG - w ppkt c) skreśla się fragment „ czas przydatności do użycia co najmniej 12 godzin” – pozostały zapis bez zmian.

Zmienia się zapis w pkt f), który otrzymuje brzmienie : „ dostawa najpóźniej do godz. 8.45. Aktywność farmaceutyku , wskazana przez odbiorcę na zamówieniu zawarta w 1 fiołce i przydatna do użycia co najmniej do godz. 15.00 tego samego dnia” .

Skreśla się cały pkt g).

Ponadto zmienia się drugie kryterium :

Skreśla się „ czas przydatności do użycia – co najmniej 12 godzin od zakończenia syntezy – 5% ”

Kryterium otrzymuje brzmienie:

**Aktywność fiołki z radiofarmaceutykiem wyrażona w GBq/ml (minimalna aktywność 1,0) - 5%**

2. Dotyczy: Załącznik nr 2 do specyfikacji:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w kolumnie "jm" oczekuje podania dawki 400 MBq, a w rubryce "ilość" - 650. Odpowiedź: Tak potwierdza się.

**ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA.**

Ustala się nowe terminy postępowania:

**Termin składania ofert do dnia 05-03-2015 r. do godz.11.00**

**Termin otwarcia ofert w dniu 05-03-2015 r. o godz. 12.00**

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna