

Opakowanie a/50 szt. ilość 150 opakowań = 7500 szt.

**4. Pojemniki** do przechowywania materiałów w formalinie:

1. Pojemniki PP/HDPE o poj. 60 ml (wys. 70 mm Ø 35 mm) przezroczyste, zamykane nakrętkami – 16000 szt.
2. Pojemniki PP/HDPE o poj. 250 ml (wys. 98 mm, Ø 65 mm) zamykane nakrętkami – 500 szt.
3. Pojemniki PP/HDPE o poj. 1000 ml (wys. 153 mm, Ø 101 mm) zamykane szczelną białą/przezroczystą przykrywą z PE/PP – 1000 szt.
4. Wiadro do jednorazowe użycia z tworzywa biała PP z pokrywą o poj. 5 L (wys. 208 mm, Ø 225 mm) – 500 szt.
5. Wiadro do jednorazowe użycia z tworzywa biała PP z pokrywą o poj. 10 L (wys. 253 mm, Ø 280 mm) – 500 szt.
6. Pudełko uniwersalne z tworzywa PP – prostokątne, z szczelną białą/przezroczystą przykrywą z PE/PP (wym. dł.260 x sz.180 mm x wys.140 mm) – 200 szt.
7. Pudełko uniwersalne z tworzywa PP – prostokątne, z szczelną białą/przezroczystą przykrywą z PE/PP (wym. dł.380 x sz.260 mm x wys.140 mm) – 200 szt.

**PAKIET 5. Kasetki** histopatologiczne, w kolorach: biały, żółty, różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy - plastikowe ze zintegrowanymi przykrywkami o wymiarach zewnętrznych 28 x 40 x 6 mm [wym. wew. 25 x 30 mm (+/- 1 mm) x 5 mm] 2,5 g, otwory kwadratowe (2 x 2mm) - 100 000 szt.

Wymagania dot. kasetek:

- a) Wymiary wewnętrzne kasetek podane wyżej muszą zapewnić współpracę z kapsułkami biopsyjnymi typu „Cellsafe”
- b) Kasetki muszą być kompatybilne z procesorami „próżniowymi” i „mikrofalowymi” – oświadczenie Oferenta
- c) Zamawiający wymaga aby kasetki histopatologiczne były **odporne na**: formalinę, alkohole (metanol, etanol, propanol), aceton, ksylen, kwasy (solny, mrówkowy, azotowy), na parafinę w temperaturze od - 10°C do + 70°C;
- d) Uwaga: wraz z ofertą Oferent złoży po 20 szt. próbek z każdego koloru do testowania wymagania a, b i c.