

Poznań, dnia 2015-03-03  
EZ/350/22/2015/\_\_\_288\_\_\_

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - **Zakup i dostawa szkiełek, nożyków, pojemników, kasetek. [350/22/2015]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie** - Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza do przetargu nożyki mikrotomowe o długości 76 mm zamiast 80 mm.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający dopuszcza. Uwaga! Zgodnie z SIWZ wymaga się złożenia minimum 20 szt. próbek do testowania.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna