

Poznań, dnia 19.09.2008.
EZ/5470/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 98/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w płynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek o dł. 19mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie igieł o rozmiarze 0,7x 19mm przy spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dren Penrose wykonany z silikonu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie drenu PENROSE silikonowego pod warunkiem możliwości uwidocznienia go w promieniach RTG.

PYTANIE

Dotyczy Pakiet I poz. 6
Czy Zamawiający dopuści pałeczki do pobierania wymazów cytologicznych o dł. 195mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższą długość. Wymaga się pałeczek o długości min. 22 cm, ponieważ dłuższa pałeczka daje możliwość lepszego pola manewru oraz pozwala na dokładne pobranie materiału do badania, co ma wpływ na ostateczny wynik.

PYTANIE

Dotyczy Pakiet II poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 600mm, ponieważ wynika to ze specyfiki leczenia pacjentów onkologicznych.

PYTANIE

Dotyczy pakiet II poz. 4
Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2,m?

ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji. Zamawiający wymaga cewnika do podawania tlenu o długości 1,5mb. Dłuższy cewnik jest zbędny, ponieważ jest zbyt długi, utrudnia pracę personelowi szpitala.(zwłaszcza na oddziale IOM, zawijając się w kable od urządzeń monitorujących).

PYTANIE

Dotyczy pakietu X poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do drenażu klatki piersiowej typu Thorax wykonany z medycznego PCV?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga cewników typu Thorax wykonanych z silikonu, ponieważ dają one mniej odczynów i reakcji anafilaktycznych, nie wykrzepiają skrzepu, co nie powoduje zatykania drenu i kolonizacji bakterii.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 26.09.2008r do godz. 10.00

Otwarcie ofert w dniu 26.09.2008 o godz. 11.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna