

Poznań, dnia 24.09.2008.
EZ/5619/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 98/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w płynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr IV.I Port żylny dla dorosłych

Czy Zamawiający dopuści port z cewnikiem silikonowym o długości 750 mm o średnicy wewnętrznej/zewnętrznej 1,0/ 2,2 mm (pozostałe wymagania co do opisu wyrobu w siwz są spełnione?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie ww. portu.

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. Jerzy Załuski