

Poznań, dnia 29.09.2008.
EZ/5636/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem
nieograniczonym nr 98/2008

Dotyczy: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w płynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIE

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie sterylnych cewników do drenażu klatki piersiowej typu Thorax z linią widoczną w RTG, otworami bocznymi, wykonanych ze 100%-owego silikonu, o długości ok. 50 cm o średnicach zbliżonych do określonych w specyfikacji, tj.: 15, 21, 24, 28, 30 i 33 Ch. Średnica oferowanych przez nas drenów różni się od wymaganej maksymalnie o 1Ch tj. 0,33mm, mieszcząc się w granicach tolerancji i nie rzutując na ich walory użytkowe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na oferowane rozmiary cewników Thorax, wykonanych ze 100%-owego silikonu.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 03.10.2008r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 03.10.2008 o godz. 10.00**

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. Jerzy Załuski