

Poznań, dnia 2015-07-08
EZ/350/56/2015/___826___

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici chirurgicznych i sprzętu operacyjnego (56/2015)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii niniejszym udziela **odpowiedzi na pytania** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 uzna igłę okrągłą rozwarstwiająca za spełniającą parametry igły okrągłej? **Odp. Tak.**
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 zezwoli na zaoferowanie i wymaga poniższych zmienionych parametrów:
 - a. - W poz 1 igły wzmocnionej, powlekana materiałem bakteriostatycznym **Odp. Tak.**
 - b. - w poz 2 igły nie wzmocnionej 31 mm, okrągło-tnącą, długości nici 75 cm **Odp. Nie, zamawiający wymaga igły wzmocnionej, nie dopuści igły 31mm zgodnie z punktem 3 kryteriów dla nici chirurgicznych, tak dopuści długość 75 cm zgodnie z p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**
 - c. - w poz 4 igły ½ koła, 36mm długości nici 90 cm **Odp. Nie, nie dopuści zgodnie z p. 3 i p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**
 - d. - w poz 5 nici o długości 75 cm **Odp. Tak dopuści, zgodnie p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**
 - e. - w poz 6 igły okrągło-tnącej **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga igły okrągłej (ew. rozwarstwiającej) a nie tnącej, gdyż nici te są przeznaczone do szycia delikatnych struktur np. jelit.**
 - f. - w poz 7 igły okrągło-tnącej, nici fioletowej **Odp. Tak dopuści igłę, jednak nie dopuści nici fioletowej, gdyż taka widnieje w pozycji 6.**
 - g. - w poz 8 nici fioletowej **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga nici niebarwionej.**
 - h. - w poz 10 nici fioletowej **Odp. Nie, nie dopuści, nie fioletowa widnieje w poz. 9 o identycznych parametrach.**
 - i. - w poz 11 igły konwencjonalnie tnącej **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga igły o 5 krawędziach tnących typu PRIME II, ze stali Ethalloy.**
3. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poniższych zmienionych parametrów:
 - w poz 2 igły 40 mm **Odp. Nie, nie dopuści, zgodnie p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**
 - w poz 5 igły 40 mm, 1/0 **Odp. Nie, nie dopuści, zgodnie p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych, oraz wymaga nici USP 2/0.**

W poz 6 i 7 igły 31 mm **Odp. Tak dopuści, zgodnie p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych.**

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 zezwoli na zaoferowanie poniższego rozwiązania:

LP.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	j.m.	ilość szacunkowa	nazwa handlowa leku oferowanego	nazwa producenta	cena jednostkowa netto (zł)	wartość jednostkowa VAT (zł)	cena jednostkowa brutto	Wartość całkowita netto (zł)	wartość całkowita brutto (zł)
1	Syntetyczny klej chirurgiczny cyjanoakrylowy klej w postaci fioletowego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą osuszoną tkanką, szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek, tworzy sfektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom. Start polimeryzacji po 1-2sek Max odporność mechaniczna po 180sek Temperatura polimeryzacji około 45°C Pojemność (0,50ml) Klej typu GLUBRAN Aplikator do rozprowadzania kleju jest dostarczany wraz z każdą ampułką kleju.	Op=6 szt.	12op.	APP6						
RAZEM										

Odp. Nie, nie zezwoli, gdyż rozwiązanie proponowane znacznie odbiega od wymaganego w parametrze Max. Odporności mechanicznej. Wymagana to 60 – 90 s., a oferowana to 180 s. Dodatkowo proponowany klej jest w kolorze fioletowym, a nie jak wymagany bladeżółty przezroczysty. Nie ma również opisu składu aplikatora.

Pakiet 1.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 3. igły wzmocnionej? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak.**
- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5-10 igły okrągłej rozwarstwiającej? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp. Tak**
- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2. szew o grubości nici 0? **Odp. Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający wymaga szwu o grubości USP 1.**
- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4. O krzywiznie koła 1/2 i i grubości nici 2/0? **Odp. Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający wymaga igły o krzywiznie 3/8 koła (a nie 1/2 koła) i szwu o grubości USP 1/0 (a nie USP 2/0)**

Pytanie 1, dotyczy pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z następującą nitką:

Nić pleciona wchłaniałna wykonana z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolodu i stearyoilomleczanu wapnia. Nic zachowuje 80% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach i 30% siły podtrzymania tkankowego po 21 dniach, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, co mieści się w zakresie podanym przez Zamawiającego. Nić po wyjęciu z opakowania posiada początkową wytrzymałość 140%. **Odp. Nie, nie dopuści , gdyż zamawiający dokładnie**

określił zakres parametru siły podtrzymywania tkankowego , a proponowany materiał nie mieści się w podanym przedziale.

Pytanie 2, dotyczy pakietu 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą standardowej grubości typu „J” dł. 32mm, dł. nici 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, dopuści w zakresie długości nici zgodnie z p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych, nie, nie dopuści jednak igły o standardowej grubości, 32 mm. zgodnie z p. 3 kryteriów.**

Pytanie 3, dotyczy pakietu 1, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą ½ koła o dł. 37mm, długość nici 90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający wymaga igły o krzywiźnie 3/8 koła (a nie ½ koła) i dł. igły 30mm (a nie 37 mm), oraz dł. nici 150 cm (a nie 90 cm).**

Pytanie 4, dotyczy pakietu 1, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 5x45cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, pod warunkiem przeliczenia ilości nitek na saszetki (tj. nie 360 szt. tylko 576 szt.)**

Pytanie 5, dotyczy pakietu 1, pozycja 8

Zamawiający wymaga nici 8x45cm, w związku z tym prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania podwójnej ilości nici pakowanych 5x45cm, co da Zamawiającemu dodatkowe dwie nitki, by otrzymać finalną ilość 10x45cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak.**

Pytanie 6, dotyczy pakietu 1, pozycja 11

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą posiadającą 3 krawędzie tnące, symbol odwróconego trójkąta, wykonaną z najwyższej jakości stali Surgalloy, zachowującej maksymalną siłę i odporność na wyginanie. **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga igły o 5 krawędziach tnących typu PRIME II, ze stali Ethalloy.**

Pytanie 7, dotyczy pakietu 1, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 6x75cm. **Odp. Tak.**

Pytanie 8, dotyczy pakietu 1, pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o długości 6x75cm. **Odp. Tak.**

Pytanie 9, dotyczy pakietu 1, pozycja 5,6,7,9,10

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z w/w pozycjach z nitką o dł. 75cm. **Odp. Tak, zgodnie z p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**

Pytanie 10, dotyczy pakietu 3,

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką wykonaną z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węgla trójmetylenu), pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak.**

Pytanie 11, dotyczy pakietu 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą o dł. 40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp.; Nie, nie dopuści zgodnie z p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych**

Pytanie 12, dotyczy pakietu 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą o dł. 37mm bez pętli o dł. nici 90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga pętli 150 mm.**

Pytanie 13, dotyczy pakietu 3, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z igłą o dł. 37mm bez pętli o dł. nici 90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga pętli 150 mm.**

Pytanie 14, dotyczy pakietu 3, pozycja 6,7

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie wystartowania z nitką o dł. 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. **Odp. Tak, zgodnie z p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.**

1. [Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy §4 ust. 7](#)

Odp. Nie, Zamawiający nie widzi konieczności wykreślenia w/w punktu 7 jednocześnie zmienia się zapis niniejszego pkt 7 na:

§4 ust. 7 „Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę uzasadnionej reklamacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu może zostać potraktowane jako podstawa do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy i wywołać skutek w postaci powstania po stronie Wykonawcy obowiązku zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej zgodnie z § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.”

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna