

Poznań, dnia 18.09.2015
EZ/350/76/2015/1055

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr EZ/350/76/2015 Zakup i dostawa środka w
 pianie do wstępnej dezynfekcji i nawilżania narzędzi

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Czy zamawiający dopuści do przetargu preparat bakteriostatyczny w postaci piany, przeznaczony do nawilżania zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych. Zapobiega wysychaniu krwi, płynów ustrojowych na wyrobach medycznych, powstawaniu biofilmu oraz zabezpiecza narzędzia podczas transportu. Preparat posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Gotowy do użycia, opakowanie 750 ml z końcówką spieniającą. Możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h . Wyrób medyczny klasy I.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści do przetargu preparat opisany powyżej , pod warunkiem ,że w swym składzie posiada enzymy wymienione w SIWZ.

PYTANIE

W związku z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 1272/2008 (Rozporządzenie CLP), zawierającym nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, czy Zamawiający dopuści do oceny preparat posiadający w Karcie Charakterystyki wpis o zalecanym stosowaniu dodatkowych środków ochrony indywidualnej tj. okularów ochronnych?

ODPOWIEDŹ

Tak ,zamawiający dopuści używanie okularów ochronnych , podczas stosowania preparatu.

PYTANIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na bazie amin i QAV w postaci piany, przeznaczonego do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Wykazującego szerokie spektrum działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) w czasie 15 minut. Gotowy do użycia, opakowanie 1 l z końcówką spieniającą. Możliwy do użycia przez personel

bez dodatkowych środków ochrony indywidualnej tj. okularów , przyłbic itp.
Możliwość pozostawienia piany na 72 godziny. Preparat o potwierdzonej niskiej wartości potencjału korozyjności oraz wysokiej kompatybilności materiałowej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający po wypróbowaniu zaproponowanego środka informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowany asortyment.

Po zastosowaniu środka do wstępnej dezynfekcji myjnie mechaniczne, w których myje się narzędzia nie funkcjonowały dobrze z powodu zbyt dużego pienienia się wsadu, co wpływa na nieprawidłowy przebieg procesu sterylizacji. W związku z tym zamawiający zdecydował jak powyżej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 23.09.2015 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 23.09.2015 o godz. 10.00

Z poważaniem,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna