

Poznań, dnia 19.09.2008.  
EZ/5504/ 2008

Wg rozdzielnika do wszystkich zainteresowanych przetargiem  
nieograniczonym nr 102/2008

**Dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż w pływały zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi.

**PYTANIE**

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadań do 5 tygodni?

**ODPOWIEDŹ**

TAK

**PYTANIE**

**PAKIET NR 4 PODEST OPERACYJNY.**

Czy Zamawiający dopuści podest ze stali nierdzewnej o wymiarach: 600 x 350 x 220 mm (szer./ gł./ wys.)?

**ODPOWIEDŹ**

TAK.

**PYTANIE**

**PAKIET NR 7 STOJAK METALOWY**

Czy Zamawiający dopuści stojak ze stali nierdzewnej o wymiarach: 410 x 435 x 950 mm (szer./gł./wys.)?

**ODPOWIEDŹ**

TAK.

**PYTANIE**

Dotyczy pakietu nr 1- Negatoskop dwuklapkowy- Proszę o sprecyzowanie jakiego negatoskopu Zamawiający wymaga, ponieważ w opisie wymaganych danych technicznych zawarta jest informacja „ regulacja luminacji- NIE” a poniżej jest informacja „ bardzo dobra regulacja natężenia światła”. Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania negatoskopu z regulacją natężenia światła to proszę o określenie jakiej regulacji Zamawiający wymaga: skokowej 3 – stopniowej czy też regulacji płynnej?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający podaje prawidłowy opis negatoskopu

## **NEGATOSKOP DWUKLATKOWY**

Dane techniczne:

- napięcie zasilania 230 V 50Hz
- regulacja luminacji- NIE
- wymiary ekranu 72x43cm
- ilość kaltek- 2
- klasa ochronności- I
- masa ok. 11kg

trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym. Ilość 2 sztuki.

Z poważaniem,

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna