

Poznań, dnia 2015-11-30
EZ/350/88/2015/____1323_____

Wg rozdzielnika
Do wszystkich uczestników postępowania i zainteresowanych

Dotyczy: Zakup i dostawa wykrojów termoplastycznych, kompatybilnych z płytami bazowymi Civco - wykrojów z mikroperforacją do unieruchamiania głowy, szyi i ramion pacjenta [350/88/2015]

WYBÓR OFERT.

Wielkopolskie Centrum Onkologii niniejszym dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszą w w/w postępowaniu.

Wybrano ofertę: **Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. Komand.**

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena oferty 326324,00 netto 352429,92 brutto. Termin realizacji 1 dzień roboczy.

Oferta uzyskała razem 100 pkt wg kryteriów oceny ofert = cena 90% termin dostawy 10%

Poniżej zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu i ocena tych ofert.

Nr oferty	Nazwa Oferenta/Wykonawcy	Cena oferty netto brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji	Ocena oferty w kryterium cena 90%	Ocena oferty w kryterium termin dostawy 10%	Razem W zaokrągleniu	Uzasadnienie odrzucenia oferty
1	UAB „VPC” Berzu g. 2A, Lt - 14160 BUIVYDISKES Vilnius raj. LITHUANIA	334000,00 netto VAT 0% 334000,00 brutto	12 m-cy	3 dni rob.	Oferta nie punktowana			Oferta odrzucona – uzasadnienie merytoryczne - Oferta UAB „VPC” nie spełnia wymogów technicznych produktu dotyczącego systemu mocowań masek. Parametr techniczny określony w siwz cyt. „System mocowań typu (push-pin) pozwalający na natychmiastowe zapięcie maski i nie wymagający dodatkowych czynności polegających na montażu poszczególnych elementów zapieć oraz umożliwiający natychmiastowe i łatwe odpięcie maski bez użycia dodatkowych akcesoriów.” - Oferta potwierdza: „TAK” – jednakże użytkownik Zamawiającego oceniając wymagane - złożone próbki komisyjnie stwierdza, że system mocowań typu [Push pin] odpada od maski. Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty - Ustawa PZP - Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2	Zarys INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP KOMAND. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	326324,00 netto VAT 8% 352429,92 brutto	24 m-ce	1 dzień rob.	90	10	100 OFERTA WYBRANA	

3	Elekta Sp. z o. o. ul. Podbiłęty 52 02-732 Warszawa	280000,00 netto VAT 8% 302400,00 brutto	24 m- ce	2 dni rob.	Oferta nie punktowana			Oferta odrzucona – uzasadnienie merytoryczne - Oferta „ELEKTA” nie spełnia wymogów technicznych produktu dotyczącego systemu mocowań masek. Parametr techniczny określony w siwz cyt:” <i>Maski umożliwiające precyzyjne unieruchomienie pacjenta pozwalające na dokładną odtwarzalność jego ułożenia i nie pozwalające na ruchomość, precyzyjnie dolegające do powierzchni ciała pacjenta oraz umożliwiające dokładne odwzorowanie żądanego kształtu maski na wyprofilowanej powierzchni wypukłej i wklęsłej z zachowaniem kształtu (odpowiednia sprężystość i sztywność). Podczas całego leczenia konstrukcja maski musi być stabilna – niedopuszczalne jest odkształcenie się maski. - Oferta potwierdza: „TAK” – jednakże użytkownik Zamawiającego oceniając wymagane - złożone próbki komisyjnie stwierdza, że materiał ma zbyt ostre brzegi co powoduje dyskomfort pacjenta oraz tworzywo oceniono jako „cienkie” - wiotkie nazbyt się odkształcające po wyschnięciu. Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty - Ustawa PZP - Art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,</i>
4	Radioterapy Accessories sp. z o.o. ul. Podbiłęty 52 02-732 Warszawa	381800,00 netto VAT 8% 412344,00 brutto	18 m- cy	3 dni rob.	76,92	3,33	80,25	.

Wpłynęły 4 oferty, odrzucono 2 oferty-uzasadnienie faktyczne i prawne powyżej w tabeli.

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyznacza się **datę zawarcia umowy w dniu 7-12-2015 r.**

Umowa dostępna w formacie WORD na wniosek wysłany na emailto: zaopatrzenie@wco.pl

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma – stanowiącego wybór oferty w postępowaniu przetargowym nr 88/2015 [art. 27 ust. 2 w związku z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp]

Data pieczętka i podpis