

Poznań dnia 2015-10-30  
EZ/350/89/2015/1224

**Wg rozdzielnika**  
**Do zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów**  
**[350/89/2015]**

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytanie do specyfikacji

**Pakiet 6:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 1, 2, 6, 7, 8, 12 i 13 dopuści nici w kolorze czarnym?  
Odp. Tak, dopuści.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 3 dopuści nici w kolorze czarnym, o długości 90 cm?  
Odp. Tak, dopuści.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 4 i 5 dopuści nici w kolorze niebieskim?  
Odp. Tak, dopuści.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 9 dopuści nici w kolorze czarnym, o grubości nitki 2/0?  
Odp. Tak, dopuści nić w kolorze czarnym, nie dopuści nici o grubości 2/0, gdyż zamawiający potrzebuje nić o grubości 0.
5. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 9 dopuści nici w kolorze czarnym, o długości igły 37 mm oraz grubości nitki 1?  
Odp. Tak, dopuści nić w kolorze czarnym, nie dopuści nici o grubości 1, gdyż zamawiający potrzebuje nić o grubości 0, nie dopuści igły o dł. 37 mm zgodnie z p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych.
6. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 10 i 11 dopuści nici w kolorze czarnym, nie mikrograwerowane? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wydzielenie punktów 10 i 11 do osobnego pakietu.  
Odp. Tak, dopuści nić w kolorze czarnym, nie dopuści igły bez mikrograwerowania, gdyż zamawiający wymaga igły o wysokich parametrach dla chirurgii plastycznej. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż tak skonstruował pakiet szwów jednoimiennych aby pochodziły one od jednego dostawcy.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 pkt. 14 dopuści nici w kolorze czarnym, bez dwóch klipsów mocujących? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o wydzielenie punktu 14 do osobnego pakietu.

Odp. Tak, dopuści nić w kolorze czarnym, nie dopuści szwu bez klipsów mocujących .  
Zamawiający nie wydzielił w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż tak skonstruował pakiet szwów jednoimiennych aby pochodziły one od jednego dostawcy.

-----

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach 1, 3, 5 dopuszcza zaoferowanie staplera załadowanego ładunkiem pozwalającym na uzyskanie zespolenia o długości 61mm?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił dokładnie przedział długości zespolenia, a oferowany parametr nie mieści się w tym przedziale.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach 2, 4, 6 dopuszcza zaoferowanie ładunku w/w staplera?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił dokładnie przedział długości zespolenia, a oferowany ładunek nie mieści się w tym przedziale.

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach 7, 9 dopuszcza zaoferowanie staplera załadowanego ładunkiem pozwalającym na uzyskanie zespolenia o długości 81mm?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił dokładnie przedział długości zespolenia, a oferowany parametr nie mieści się w tym przedziale.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w pozycjach 8, 10 dopuszcza zaoferowanie ładunku do w/w staplera?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił dokładnie przedział długości zespolenia, a oferowany ładunek nie mieści się w tym przedziale.

5. Czy Zamawiający wymaga opakowań zaopatrzonych minimum w 3 naklejki zaopatrzone w kod katalogowy, nr seryjny, nr LOT i datę ważności, pozwalające na wklejenie do książki operacyjnej w celu umożliwienia łatwej identyfikacji produktu w przypadku incydentu medycznego?

Odp. Zamawiający dopuści, ale nie wymaga min. 3 naklejek.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna