

Poznań dnia 2015-11-09
EZ/350/89/2015/.....1253.....

Wg rozdzielnika
Do zainteresowanych postepowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego - Zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów [350/89/2015]

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ

Dotyczy Pakietu 6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do szew w kolorze niebieskim?

Odp. Tak, dopuści.

Dotyczy Pakietu 6, poz. 2.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuści.

Dotyczy Pakietu 6, poz. 12

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z nitką o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuści.

Dotyczy Pakietu 6, poz. 10 – 11

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point), szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Dwie powierzchnie zaostzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odp. Nie, nie dopuści igły bez mikrograwerowania, gdyż zamawiający wymaga igły o wysokich parametrach przejścia przez tkankę, bez wydłużonego czubka, stabilnej w imadle dla chirurgii plastycznej.

Dotyczy Pakietu 6, poz. 10 – 11

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odp. Nie, nie dopuści igły bez mikrograwerowania, gdyż zamawiający wymaga igły o wysokich parametrach przejścia przez tkankę, bez wydłużonego czubka, stabilnej w imadle dla chirurgii plastycznej.

Dotyczy Pakietu 6, poz. 14

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu szew bez klipsów mocujących?

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Szpital będzie miał możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odp. Nie, nie dopuści szwu bez klipsów mocujących . Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż tak skonstruował pakiet szwów jednoimiennych aby pochodziły one od jednego dostawcy.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.2 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści, zgodnie z p. 5 Kryteriów dla nici chirurgicznych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści, zgodnie z p. 5 Kryteriów dla nici chirurgicznych.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.9 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści, zgodnie z p. 3 oraz z p. 5 Kryteriów dla nici chirurgicznych.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.10 i 11 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu „mikrograwerowana”, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Są to najnowocześniejsze igły typu ENOVA, wykonane z najlepszej jakości stali 300, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń i wytrzymałością. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły jest zalecane w chirurgii kosmetycznej i plastycznej.

Odp. Nie, nie dopuści igły bez mikrograwerowania, gdyż zamawiający wymaga igły o wysokich parametrach przejścia przez tkankę, bez wydłużonego czubka, stabilnej w imadle dla chirurgii plastycznej.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.14 również na nić bez opisu katalogowego „z dwoma klipsami mocującymi”, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, nie dopuści, gdyż zamawiający rozumie, iż bez opisu katalogowego „z dwoma klipsami mocującymi”, oznacza również bez klipsów mocujących, a zamawiający wymaga klipsów do mocowania szwu.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 również na nici w kolorze granatowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, dopuści

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 1, 2, 7 8, 9, 10, 11 i 14?

UZASADNIENIE: Wyrażenie zgody na powyższe, przy wymogu nici jednego producenta, pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

Odp. Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż tak skonstruował pakiet szwów jednoimiennych aby pochodziły one od jednego dostawcy.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna