

Poznań, dn. 14. 12.2015
350/105/2015/ 1390

Wg rozdzielnika

Przetarg nieograniczony nr 350/105/2015.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu uprzejmie informuje, iż odpowiada niniejszym na pytania złożone do wymienionego w tytule przetargu:

Pytanie 1

Poz. 23

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przegródek o wysokości 30 mm lub 40 mm?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Poz. 47

Czy Zamawiający ma na myśli dwupozycyjny korek typu „vent/close”?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Poz. 48

Czy Zamawiający ma na myśli korek z filtrem?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Poz. 6, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie wymienionych pozycji w formie osobnego pakietu? Zapewniłoby to możliwość przedstawienia ofert większej liczbie oferentów, co wpłynie z pewnością na zwiększenie konkurencyjności.

Odp. Dostawa materiałów zużywalnych z jednego źródła zapewni jednorodną jakość asortymentu. Hodowla komórkowa, do której będzie wykorzystywany ww. asortyment wymaga niezmiennego składu chemicznego powierzchni hodowlanej. Nie jest istotny sam skład, ale nie możemy wyrazić zgody na dostarczenie plastików do hodowli, pipet i filtrów, które będą miały kontakt z hodowlą od różnych producentów, wyjątek stanowi poz. 43, która obejmuje butelki do fantomu do napromieniania komórek, a nie do hodowli.

W związku z powyższym zamawiający wydziela z pakietu 1 niżej wymienione pozycje tworząc z nich nowe pakiety:

Pakiet 3 – poz. 6

Pakiet 4 – poz. 11

Pakiet 5 – poz. 14, 16

Pakiet 6 – poz. 19

Pakiet 7 – poz. 21-23

Pakiet 8 – poz. 39

Pakiet 9 – poz. 44

Pakiet 10 – poz. 49

Pakiet 11- poz. 51, 54

Pakiet 12- poz. 53,

Pakiet 13 – poz. 56 -58;

Pakiet 14- poz. 59

Pytanie 5

Dotyczy części nr I

Poz. 62

Czy Zamawiający może doprecyzować cechy szkiełek z komorami LabTek:

- ile komór mają posiadać naczynia: 1, 2, 4, czy 8?

- czy naczynia mają posiadać dno szklane, czy z tworzywa?

- czy ścianki komór mają być zdejmowalne, a jeśli tak, czy mają być połączone ze szkiełkiem podstawowym za pomocą uszczelki silikonowej czy warstwy kleju?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje: szkiełka 8 komorowe, dno z tworzywa typu PERMANOX z minimalną fluorescencją, ścianki zdejmowane, połączone klejem.

Pytanie 6

Ponieważ szkiełka podstawowe umieszczane są w automatycznej nakrywarce szkiełek mikroskopowych Leica CV5030 a nie w barwiarce ST5020 ,to czy informacja o możliwości używania w automatach Leica nie powinna dotyczyć li tylko aparatu **CV5030**?

Odp. Szkiełka są umieszczane w barwiarce Leica ST5020 jak również w automatycznej nakrywarce Leica CV5030. W związku z powyższym oświadczenie musi dotyczyć zarówno aparatu ST5020 jak i aparatu Leica CV5030. Zamawiający określił ten wymóg z pkt. VII.6 siwz.

Pytanie 7

Ponieważ to producent rekomenduje producentów szkiełek , zgodnie ze swoją wiedzą bezawaryjnego działania swoich aparatów z wykorzystaniem konkretnych szkiełek, stąd czy należy rozumieć że oświadczenie”że oferowane szkiełka mogą być używane w automatach Leica CV 5030” powinno być wystawione i potwierdzone właśnie przez producenta Leica lub jego autoryzowanego przedstawiciela ?

Odp. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wykonawcy lub zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. tj, że oferowane szkiełka mikroskopowe podstawowe mogą być używane w automatach Leica ST5020 i Leica CV5030).

Zamawiający dopuszcza oświadczenie wystawione przez producenta Leica lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Pytanie 8

Dotyczy wydzielenia z pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27-34, 35, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 55 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 9

Czy ze względu na zwiększenie konkurencyjności oferty kupujący zgodzi się wydzielić następujące produkty z pakietu nr 1 ?

pozycja 51 : próbówki do ultrawirówki: próbówka PA 28 ml typu „UltraCone”, wyposażenie do rotora Surespin 630/36: próbówki poliallomerowe o stożkowatym dnie, do ultrawirówki,

pozycja 54: Filtry typu filcon sterylne nastrzykawkowe 70 mikrometrów pory BD lub równoważne
pozycja 59 Algi Matrix 3D Culture System system do hodowli tkankowej typu A10982-02

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 10

Czy kupujący może usunąć /zmienić zapis w punkcie IV. Termin wykonania zamówienia

" Pakiet 1: Umowa na okres 24 miesięcy; dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem w okresie 24 miesięcy po podpisaniu umowy.

Termin dostawy maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia faxem, mailem **lub telefonicznie.** "

na

"Pakiet 1: Umowa na okres 24 miesięcy; dostawy sukcesywnie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie lub faxem w okresie 24 miesięcy po podpisaniu umowy. Termin dostawy maksymalnie 7 dni od złożenia zamówienia faxem, mailem."

Ze względu na konieczność pisemnego potwierdzenia chęci zamówienia, i uniknięcia ewentualnych błędów w komunikacji, prosimy o wykreślenie "lub telefonicznie".

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Dotyczy poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek 6-dołkowych o obszarze posiewu 9,403 cm² i objętości roboczej 3-5 ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12:

Dotyczy poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek 12-dołkowych o obszarze posiewu 3,911 cm² i objętości roboczej 1-2 ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek 24-dołkowych o obszarze posiewu 2,089 cm² i objętości roboczej 0,5-1 ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Dotyczy poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek 48-dołkowych o obszarze posiewu 0,856 cm² i objętości roboczej 0,3-0,5 ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15:

Dotyczy poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek 96-dołkowych o obszarze posiewu 0,37 cm² i objętości roboczej 0,1-0,2 ml?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dotyczy poz. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie probówek wirowniczych 50 ml umożliwiających wirowanie do 19500 RCF?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Dotyczy poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie probówek wirowniczych 15 ml umożliwiających wirowanie do 19500 RCF?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18:

Dotyczy poz. 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie probówek do PCR 0,2 ml nieposiadających płaskiego wieczka?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ uniemożliwia to opisywanie prób na wieczkach.

Pytanie 19:

Dotyczy poz. 15.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie probówek do RT PCR 0,2 ml nieposiadających oddzielnych zamknięć?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ jest to rozwiązanie nieergonomiczne dla Zamawiającego.

Pytanie 20:

Dotyczy poz. 20.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie płytek do PCR oznaczanych kodem kreskowym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:

Dotyczy poz. 28.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie końcówek do pipet o zakresie objętości 50-1000µl?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22:

Dotyczy poz. 29.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie końcówek do pipet o zakresie objętości

50-1000µl?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23:

Pytanie pakiet 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w odrębny pakiet następujących pozycji 7, 8, 11, 17, 18, 36, 47, 48 oraz 55 z pakietu 1, co podniesie konkurencyjność postępowania przetargowego i umożliwi oferentom złożenie najkorzystniejszych ofert?

Odp. **Patrz odpowiedź na pytanie 4.**

W związku z powyższym na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający modyfikuje treść siwz:

1) w pkt. XIII poprzez zmianę zapisu „Pakiet 1 i 2” na „Wszystkie pakiety”.

XIII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (wag):

Wszystkie pakiety

A)Cena	95%
B)Termin dostawy	5%

Razem 100%

- 2) Przedłuża się termin na dostawy w pakietach 1, 3 – 14 do 10 dni
- 3) Przedłuża się termin na wymianę wadliwego przedmiotu umowy do 10 dni roboczych (§4 ust. 5 umowy) – co zostało zamieszczone w zmodyfikowanym projekcie umowy na stronie www.wco.pl przetargu 350/105/2015.
- 4) W Formularzu ofertowym (załącznik 1 siwz), wg załączonego wzoru do niniejszego pisma.
- 5) W Formularzu cenowym (załącznik 2 siwz)uwzględniającym wyłączenia z pakietu 1 i utworzone nowe pakiety.

Dokonana modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z tym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert z dnia 11.12.2015r na dzień **18.12.2015r – składanie ofert do godz. 11.00 i otwarcie ofert o godz. 12.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna