

Poznań, dnia 2015-12-14
EZ/350/107/2015/___1405___

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 107/2015 zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i jednocześnie wprowadza korektę do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1.

Dotyczy Pakiet 1 – Narzędzia laparoskopowe doposażenie zestawu 3D kompatybilne z posiadanymi w CBO – pkt. 13

W związku z niepełnym / niejasnym opisem wyżej wymienionej pozycji, wracam się z prośbą o podanie nr referencyjnego (np. firmy STORZ) wymaganej pozycji.

Ad. Pyt. 1 Dot. Pakietu 1 poz. 13 Wg katalogu Storz Ref: 30173 LAL

Pytanie nr 2.

Dotyczy Pakiet 1 – Narzędzia laparoskopowe doposażenie zestawu 3D kompatybilne z posiadanymi w CBO – pkt. 24

Zwracam się z prośbą o podanie nr katalogowego oraz producenta urządzenia, do którego ma być podłączony przewód HF monopolarny.

Ad Pyt. 2 Dot. Pakiet 1 poz. 24 Platforma elektrochirurgiczna Valleylab firmy Covidien Ref: ForceTriad

Pytanie nr 3.

Dotyczy Pakiet 1 – Narzędzia laparoskopowe doposażenie zestawu 3D kompatybilne z posiadanymi w CBO – pkt. 25

Zwracam się z prośbą o podanie nr katalogowego oraz producenta urządzenia, do którego ma być podłączony przewód HF bipolarny.

Ad Pyt. 3 Dot. Pakiet 1 poz. 25 Platforma elektrochirurgiczna Valleylab firmy Covidien Ref: ForceTriad

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji – wnosi poprawkę pozycji 12 w pakiecie nr 1

Jest:

Pozycja nr 12 W PAKIECIE 1

Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracą bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo z wkładką z węglika wolframu; śr. 5 mm, dł. 33 cm, rozbieralne (uchwyt z przyciskiem zwalniającym zapinkę z lewej strony, tubus z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy)

Winno być: Pozycja nr 12 W PAKIECIE 1 - Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracą bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo z