

Poznań, dnia 2015-12-18
EZ/350/107/2015/___1422_____

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 107/2015 zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet 2- narzędzia do histeroskopii

Poz.2,3) Kleszcze o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Poz.4) Kleszcze NOTO o dł. 270mm i szer. oczka 9mm, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze Heywood-Smith o dł. 250mm i szer. oczka 10mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Poz.6) Nożyczki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Poz.7) Czy Zamawiający wymaga nożyczek prostych czy odgiętych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania nożyczek odgiętych - koryguje się opis w pakiecie 2 w pozycji 7:

Jest:

7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE <u>PROSTE ODGIĘTE</u> TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	1
---	---	---

Winno być:

7	NOŻYCZKI PREPARACYJNE <u>ODGIĘTE</u> TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ŻŁOTE UCHA	1
---	--	---

Poz.8) Nożyczki o dł. 140mm lub 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Poz.9) Nożyczki o dł. 170mm lub 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pakiet 3- Kleszczyki biopsyjne

Czy Zamawiający wymaga kleszczy prostych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga kleszczy prostych.

Dotyczy Pakiet 2 – narzędzia do histeroskopii.

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie tolerancji długości całkowitej narzędzi wynoszącej +/- 5 mm. Proponowany parametr nie wpływa

negatywnie na wartości użytkowe oferowanych narzędzi, a umożliwi zaferowanie narzędzi konkurencyjnych o niegorszych parametrach.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana tolerancja się nie mieści.

Pytanie 1: (Pakiet 2, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Blake, do kamieni żółciowych, okienkowe proste, dł. 21 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 2: (Pakiet 2, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Blake, do kamieni żółciowych, okienkowe zagięte, dł. 21 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 3: (Pakiet 2, poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki do polipów macicy Noto, okienkowe, rękojeści rozwarte, dł. 27 cm **Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 4: (Pakiet 2, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze haczykowane, ginekologiczne-kulociąg Braun, dł. 26 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 5: (Pakiet 2, poz. 6)

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjjn, delikatne, utwardz. Lexer, zagięte, końce tępe, dł. 16 cm **Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 6: (Pakiet 2, poz. 8)

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 15 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 7: (Pakiet 2, poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki preparacyjne Mayo-Stille, proste, końce tępe, dł. 19,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 8: (Pakiet 2, poz. 10)

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Pytanie 9: (Pakiet 2, poz. 11)

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 16,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. W specyfikacji została określona tolerancja długości całkowitej narzędzi. Proponowana długość się nie mieści.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna