

Poznań, dn. 17.02.2016r

EZ/350/111/2015/171

Wg rozdzielnika

**DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr 111/2015.**

**Zakup i dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą aparatu do przeprowadzenia ww badań i systemu back-up.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu modyfikuje niniejszym odpowiedź na pytanie nr 9 z dnia 04.02.2016r nr pisma EZ/350/111/2015/130:

**PYTANIE:**

1. Dotyczy – Załącznik nr 9 do SIWZ. Opis parametrów technicznych analizatora, punkt 16. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje analizatora posiadającego oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt i archiwizację dwustronnego obrazu kasety z nasileniem reakcji w postaci kolorowych zdjęć?

Odp. Zamawiający wymaga analizatora posiadającego oprogramowanie w języku polskim; dopuszcza ale nie wymaga odczytu i archiwizacji dwustronnego obrazu kart/kaset z nasileniem reakcji w postaci kolorowych fotografii.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 18.02.2016r na dzień 24.02.2016r – składanie ofert do godz. 09:00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. leczenia

Dr n. med. J. Jerzy Mazurek