

Poznań, dnia 2016-01-15
350/EZ/1/2016/___62___

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/2016 zakup i dostawa sprzętu stomijnego.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż niniejszym udziela się odpowiedzi na pytania do specyfikacji.

1. Pakiet nr 1: Czy zamawiający dopuści worek stomijny w romiarze 13-80 mm, z technicznym otworem początkowym 13 mm, dzięki czemu łatwiej jest dociąć przylepiec do właściwego rozmiaru?
Odpowiedź: TAK, dopuszcza się ale nie wymaga - o ile nie jest to worek określony [potocznie w katalogach różnych firm] jako MAXI tylko standardowy.
2. Pakiet nr 2: Czy zamawiający dopuści worek stomijny w romiarze 13-60 mm, z technicznym otworem początkowym 13 mm, dzięki czemu łatwiej jest dociąć przylepiec do właściwego rozmiaru?
Odpowiedź: TAK.
3. Pakiet nr 3: Czy zamawiający dopuści znakomity worek urostomijny z przylepcem o wyjątkowych właściwościach przylepnych w rozmiarze 13-60 mm?
Odpowiedź: TAK.

Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuszcza:

Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia 10-76mm

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuszcza:

Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, z filtrem, rozmiar do docięcia 10-55mm

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuszcza:

Rękaw do irygacji dwuczęściowy, rozmiar 60mm, płytko do rękawa sprzedawana oddzielnie, pakowany po 30 sztuk w opakowaniu handlowym

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuszcza:

Środek do usuwania przylepca, który usuwa resztki przylepca i pasty stomijnej, wysycha w kilka sekund, nie zawiera alkoholu, nie piecze, nie wpływa na przylepność, oparty na silikonie, co sprawia, że jego użycie jest całkowicie bezbolesne, spray o pojemności 50ml.

Odpowiedź: NIE, bo nie jest to zmywacz . Jednocześnie modyfikuje się zapis - słowo „aerosol” – ma to być zmywacz w płynie lub w piance.

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuszcza:

1. Pastę stomijną, w której skład wchodzi: mieszanina węglowodorów alifatycznych, mieszanina węglowodanów, żelatyna, dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu.

Pasta stomijna wyrównuje nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewnia lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, jest łagodna dla skóry, pochłania wilgoć i pielęgnuje skórę wokół stomii. Pojemność 60g. Nie zawiera alkoholu.

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

2. Pasta stomijna wyrównuje nierówności, fałdy i wgłębienia, zapewnia lepszą szczelność i zabezpiecza przed przeciekaniem, jest łagodna dla skóry, pochłania wilgoć i pielęgnuje skórę wokół stomii. Pojemność 60g. z alkoholem. Pakowana po 12 sztuk w opakowaniu handlowym.

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne/urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, zmywacz do stomii pakowany po 6 sztuk)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK, dopuszcza ale nie wymaga

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza wysyłanie osobno: towar i osobno: faktura. Oryginał faktury winien być przesyłany drogą pocztową.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna