

Poznań, dnia 27.01.2016  
EZ/350/1/2016/99

**Wg rozdzielnika:  
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie  
publiczne.nr EZ/350/1/2016  
dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu stomijnego.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Ad pakiet 1.Czy Zamawiający dopuści worek stomijny o wymiarze otworu 15-65mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe- oferowany zakres przycięcia jest za mały.

PYTANIE

Ad pakiet 2.Czy Zamawiający dopuści worek stomijny o wymiarze otworu 15-65mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe- oferowany zakres otworu jest za duży.

PYTANIE

Ad pakiet 3.Czy Zamawiający dopuści worek stomijny o wymiarze otworu 12-55mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Ad pakiet 6.Czy Zamawiający dopuści środek ochronny „druga skóra” w sprayu op.28ml?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE

Pakiet nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jednakże z możliwością przycięcia w przylepcu otworu w zakresie 15-90mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tylko w przypadku jeśli zaoferowany worek nie będzie maxi tylko standard.

#### PYTANIE

Pakiet nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jednakże z możliwością przycięcia w przylepcu otworu w zakresie 15-60mm?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### PYTANIE

Pakiet nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, jednakże z możliwością przycięcia w przylepcu otworu w zakresie 12-46mm?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe- oferowany zakres przycięcia jest za mały.

#### PYTANIE

Pakiet nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do irygacji w następującym składzie:

#### Wymiary:

Średnica płytki 100 mm

Średnica otworu 35 mm

Maksymalnie do przycięcia 70 mm

Długość worka 850 mm

Szerokość worka (otwór szerszy) 190 mm

Szerokość worka (otwór węższy) 130 mm

W skład zestawu wchodzi:

Kosmetyczka

Rękaw do irygacji  
z hydrokoloïdową płytką

Zbiornik na wodę

Łącznik

Regulator zacisku /przepływu  
wody

Słożek z rurką

Szczoteczka do czyszczenia

Klamerki

Dansac Nova 1  
Mini Cap

Dansac Nova 1  
Mini

Dansac Skin Lotion  
- płyn kosmetyczny

Dansac Skin Lotion Tissues  
- chusteczki



#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe jeśli w skład zestawu wchodzi rękaw irygacyjny z przylepcem, którego Zamawiający nie dopuszcza.

#### PYTANIE

Pakiet 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania środka ochronnego w opakowaniu 100 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i następujących właściwościach:

Skóra pod płytką stomijną często pozostaje sucha. Stosowanie kremu do skóry Dansac Skin Creme zapobiega wysuszeniu i podrażnianiu skóry wokół stomii. Krem nie jest tłusty, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na przylepność płytki do skóry. Ma postać bezzapachowej, białej emulsji. Krem szybko się wchłania i pozostawia uczucie miękkiej i gładkiej skóry. Może być stosowany każdorazowo podczas zmiany worka/płytki.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ z opisu środka wynika, iż nie jest to środek ochronny.

#### PYTANIE

Pakiet nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania środka do zmywania skóry wokół stomii, w opakowaniach a' 50 ml – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe

#### PYTANIE

Pakiet nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasty uszczelniającej o następujących właściwościach

Dansac Soft Paste jest idealna do wyrównania fałd oraz blizn i umożliwia bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta Soft chroni skórę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego.



Soft Paste 50 g

Do wyrównania fałd  
i blizn skórnych

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## PYTANIE

Pakiet nr 8: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie odpowiedniej ilości pasty w opakowaniach jednostkowych o pojemności 100 g (60 opakowania po 100 g = 6000 g)?

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 02.02.2016 do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 02.02.2016 o godz. 10.00

## UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna