

Poznań, dnia 22-10-2008  
EZ/...6182..../2008

**Wg rozdzielnika:  
do uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 108/2008 - środki, materiały eksploatacyjne do sterylizacji.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w związku z wyjaśnianiem telefonicznie wątpliwości co do ilości. Informujemy, iż w pakiecie nr 3 poz. 3 dot. biologicznego zestawu testowego **winna być ilość: 25 op. (op.=25 szt.)** Skreśla się zapis „~~25 szt. w op — szt. 25.~~”

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna