

Poznań, dn. 17.03.2016r

EZ/350/11/2016/284

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zakup i dostawa odczynników do analiz cytometrycznych wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania analiz cytometrycznych nr 350/11/2016

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż wpłynęły pytania do wymienionego wyżej przetargu, na które zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pytanie 1, dot. pkt.III. 3.1 SIWZ, Wymogi dot. przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zgodzi się by możliwość korzystania z automatu zastępczego Wykonawca zapewniał po 48 godzinach od dnia powiadomienia o wadach lub usterkach dzierżawionego aparatu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w ciągu 72 godzinach od powiadomienia – zgodnie z odpowiedzią z dnia 01.03.2016r.

Pytanie 2, dot. pkt.IV. ppkt.e SIWZ, Termin realizacji wykonania zamówienia, dostawy odczynników:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy odczynników w terminie 10 dni od złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający wydłuża termin dostawy do 7 dni.

Pytanie 3, dot. pkt.VII.8 SIWZ, Potwierdzenie pozostałych wymagań SIWZ, Opisy:

Czy Zamawiający dopuści instrukcje **odczynników** w języku angielskim? Producent nie zapewnia instrukcji w języku polskim.

Odp. Tak. Pod warunkiem przetłumaczenia tych dokumentów na język polski.

Pytanie 4, dot. Formularza Ofertowego SIWZ, zał. 1, pkt. 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy oferta Wykonawcy dotycząca jedynie dostawy odczynników a nie dotycząca dzierżawy aparatu podlega odrzuceniu.

Odp. Jeżeli oferta zostanie złożona na pakiety 2-11 nie będzie podlegała odrzuceniu.

Pytanie 5, dot. Formularza Ofertowego SIWZ, zał. 1, pkt. 13:

Czy Zamawiający zgodzi się na zobowiązanie Wykonawcy utrzymania stałości cen przez 24 miesiące?

Odp. Nie. Zamawiający przewidział możliwość zmiany cen w okresie trwania umowy w §6 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 6, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.1 i 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru umożliwiającego detekcję światła rozproszonego i więcej niż 4 kolorów?

Odp. Tak, dopuszczamy zaoferowanie cytometru umożliwiającego detekcję światła rozproszonego i więcej niż 4 kolorów.

Pytanie 7, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru wyposażonego w 3 lasery tj.: fioletowy 405 nm z kanałami: detekcji 425-475 nm, 500-550 nm niebieski: 488 nm z kanałami detekcji: 500-550nm, 565-605 nm, 655-730 nm i >750, czerwony 635 nm z kanałami detekcji: 655-730nm i > 750 nm?

Odp. Tak, dopuszczamy zaoferowanie cytometru wyposażonego w 3 lasery.

Pytanie 8, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru z minimalną objętością badanej próby 25 ul, z możliwością analizy komórek o wymiarach 200x250um, szybkością przepływu próby: 25-100ul, maksymalną szybkością akwizycji 10 000/sec?

Odp. Tak, dopuszczamy wyżej wymienione parametry.

Pytanie 9, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.5d:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru z podajnikiem probówek o pojemności: 1,5-2ml, 5ml i 15ml?

Odp. Tak, dopuszczamy zaoferowanie podajnika probówek o pojemności 1,5-2, 5 i 15 ml przy jednoczesnym dostarczeniu podajnika na płytki 96-dołkowe.

Pytanie 10, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru o czułości: FITC<200, PE<100APC<150 i precyzji CV<5%?

Odp. Tak, dopuszczamy wyżej wymienione parametry.

Pytanie 11, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.7:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru o wymiarach: 393x605x500mm?

Odp. Tak, dopuszczamy cytometr o wymiarach 393x605x500mm.

Pytanie 12, dot. Zał. 9 do SIWZ, pkt. I, Opis parametrów technicznych aparatu do analiz cytometrycznych/Wymogi, ppkt.8:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cytometru ze zintegrowanym komputerem?

Odp. Tak, dopuszczamy możliwość zaoferowania cytometru ze zintegrowanym komputerem.

Odpowiedzi na pytania 6 – 12 - złożona oferta musi zawierać w opisie oferowanego aparatu do analiz cytometrycznych dopuszczone parametry przez zamawiającego.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna