

Poznań dn. 16.05.2016r

350/37/2016/ 494

Wg rozdzielnika

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 37/2016 na zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż wpłynęły pytania do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udzielił odpowiedzi.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na pozostałe pytania odpowiedzi zostaną udzielone odrębnym terminie.

Pytanie 1 dotyczy Pakiet 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha chirurgicznego ze wstawkami o poniższych parametrach:

M długość **115cm** (± 2 cm)
L długość **123cm** (± 2 cm)
XL długość **135cm** (± 2 cm)
XXL długość **150cm** (± 2 cm)

Fartuch chirurgiczny wzmocniony sterylny, pełnoochronny, bezzapachowy wykonany z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu „Sontara” o gramaturze 68g/m² (± 2 g). Fartuch posiadający wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej i włókniny poliestrowej w części brzusznej i na przedramionach (**28g/m² ± 2 g**) chroniące operatora przed przenikaniem płynów. **Odporność na działanie alkoholi przebadane według testu IST 80.8-95**

Fartuch niepalny, topiący się w kontakcie z ogniem. Szwy fartucha są wykonane metodą podwójnego szycia. Mankiety fartucha wykonane z poliestru. U góry z tyłu zapinany na rzepy, rękaw wykończony elastycznym poliestrowym mankietem długości 6-8cm o gramaturze max 115 g/m², troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikacje fartucha zapewniając zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.

Wewnątrz opakowania 2 ręczniki z **włókniny viskozowej** o wymiarach **40x40cm**.

Fartuch pakowany podwójnie: wewnętrzne - papier ochronny i zewnętrzne opakowanie foliowo-papierowe. Na opakowaniach zewnętrznych 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu oraz nadruk nr serii i daty ważności, kodem kreskowym. Opis w języku polskim. Sterylizowany EO.

Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Wymogi formalne:

Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów krytycznych oraz pozostałych, będących wymogiem normy PN - EN 13795;1- 3 lub równoważnych będzie dołączenie karty danych technicznych.

Posiadające oświadczenie producenta o spełnieniu wymogów dla I klasy palności; zgodność z 16 CFR część 1610 oraz dyrektywą 93/42EWG.

Odp. Nie, nie dopuści. Oferent zaoferował 4 rozmiary fartuchów z czego odpowiednio długości odpowiadają :

L – odpowiada opisanej przez zamawiającego – M

XL - odpowiada opisanej przez zamawiającego – L

XXL - odpowiada opisanej przez zamawiającego – ew. XXL

Brak odpowiedniej długości fartucha XL – w zamian oferent proponuje fartuch o opisanym rozmiarze M, jednak długości odpowiadającej rozmiarowi S (115 cm +/- 2 cm), którego zamawiający nie potrzebuje.

Pytanie 2 dotyczy Pakiet 4

Zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wymaga po 6 sztuk rękawic z każdego wymaganego rozmiaru czy też z wybranego rozmiaru.

Odp. Zamawiający wymaga po 6 szt. rękawic z wybranego rozmiaru (np. 7,5)

Pytanie 3 dotyczy treści umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odp. Nie zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany.

Pytanie 4 Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pakietu nr 11

W celu wprowadzenia konkurencyjności w przy składaniu oferty dotyczącej pakietu nr 11, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie, obok istniejących zapisów, przedmiotu o parametrach równoważnych lub lepszych jak w opisie poniżej:

”

1. Końcówki do noża harmonicznego oraz bezpłatne użyczenie generatora wraz z akcesoriami do ich podłączenia.

Długość 20 cm 150 szt.

Długość 35 cm 35 szt.

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. ramienia 20/35 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna z powłoką ograniczającą przywieranie. Końcówka posiada 2 przyciski aktywujące Zamykanie i Cięcie oraz Zamykanie. Możliwość jednoczesnego cięcia i koagulacji naczyń do 7 mm włącznie lub możliwość koagulacji bipolarnej zaawansowanej. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. Możliwość jednoczesnego cięcia i koagulacji lub koagulacji bipolarnej zaawansowanej w zależności od potrzeb. Kształt uchwytu pistoletowy” ?

Odp. Nie, nie dopuści. Oferowana końcówka nie jest wyposażona w 3 przyciski (tylko w 2), w związku z czym operator nie może aktywować końcówki dla MIN – minimalny poziom mocy lub MAX – maksymalny poziom mocy oraz zaawansowana hemostaza (naczynia do 7 mm)

Pytanie 5 Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy i SIWZ rozdział II pkt. 11 oraz zapisów formularza ofertowego: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie wymaganego terminu dostawy?

(w SIWZ są rozbieżne zapisy – w SIWZ pkt. 11 jest podany w dniach, a w formularzu oferty i umowie – dniach roboczych)

Odp. Zamawiający potwierdza, że termin dostawy dotyczy dni roboczych – modyfikuje się zatem zapis

W pkt. II. Siwz

Wymagany termin realizacji zamówienia:

1. Dostawy sukcesywne w ciągu max **5 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia.
Okres obowiązywania umowy: **24 miesiące od daty podpisania umowy.**

Pytanie 6 Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 1%?

Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. Wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Pytania dot. przedmiotu Zamówienia:

Pytanie 7

1. Pytanie do pakietu 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łącznika oddechowego – martwa przestrzeń.

1.1. przyłączy od strony respiratora od strony pacjenta 22M/15F

1.2. przyłączy od strony respiratora respiratora 22F od strony pacjenta 22M/15F

Zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z PCV, posiadający samouszczelniający się port do bronchoskopii oraz port do odsysania kapturek zatrzaskowym z uszczelnieniem. Zewnętrznie zbrojony, przezroczysty, nierozciągalny, długość 18cm, przyłączy od strony respiratora od strony pacjenta 22M/15F. Sterylny, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

2. Pytanie do pakietu 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łącznik oddechowego prostego. Z polietylenu bez zewnętrznego zbrojona, przezroczysty, nierozciągalny, długość 17cm, przyłącza 22F-22M/15F. Mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty.

Odp. Nie, nie dopuści. Oferowany łącznik jest mikrobiologicznie czysty a zamawiający wymaga sterylnego.

Pytanie 9

3. Pytanie do pakietu 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr hydrofobowy, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych.

Wymagane parametry:

- waga 31g

- przestrzeń martwa 57ml

- skuteczność nawilżania nie mniej niż 32 mg/l przy VT 500ml wody

- typ złącza 22F/15M – 22M/15F

- skuteczność filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,99%

- zakres objętości oddechowej 150-1200ml

- port do kapnografii zamknięty zatyczką

- obudowa filtra przejrzysta, umożliwiająca kontrolę stanu wewnętrznego filtra podczas wentylacji.

Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił przedział wartości dotyczący wagi i martwej przestrzeni, a oferowane parametry nie mieszczą się w tym przedziale.

Pytanie 10

Pytanie do pakietu 8 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci. Filtry do urządzenia Omega Vario.

- filtr elektrostatyczny o masie 23g.
- przestrzeń martwa 42ml.
- zakres objętości oddechowej 150-1200ml
- skuteczność filtracji wirusów i bakterii nie mniej niż 99,99%

Sterylny, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ większa przestrzeń martwa prowadzi do zwiększenia ilości zalegającej w filtrze wody i do namnażania drobnoustrojów.

Pytanie 11

Pytanie do pakietu 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego mechanicznego. Filtr oddechowy mechaniczny z odrębną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, - masa 36g

- przestrzeń martwa 63ml
- skuteczność filtracji 99,999%
- wydajność nawilżania dla VT500 – 23mg/IH2O
- bez podania parametru utrata wilgoci max 6mg/l

Sterylny, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wydajność nawilżania jest o 28% mniejsza od minimum przez nas wymaganego.

Pytania dot. wzoru umowy:

Pytanie 12

Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagany termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odp. Tak. Termin dostawy dotyczy dni roboczych – patrz odpowiedź **na pytanie 5.**

Pytanie 13

Dot. rozdz. II pkt. 11 SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza iż niniejszy pkt. dot. terminu przydatności do użycia? Przedmiotem postępowania jest sprzęt jednorazowego użytku, do którego okres gwarancji i rękojmi nie ma zastosowania.

Odp. Termin gwarancji/rękojmi dotyczy również sprzętu objętego niniejszym postępowaniem, niezależnie od przydatności tego sprzętu do użycia.

Zamawiający zmienia treść pkt. 4 formularza ofertowego na poniższy:

4. Termin gwarancji i rękojmi oferowanych wyrobów medycznych, objętych niniejszym postępowaniem wynosim-cy (nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy)

Pytanie 14

Zawracamy się z prośbą o zmianę zapisu wzoru umowy par. 3 ust. 1 z:

„Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów

umowy. Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.”
na następujący: „Po dostarczeniu zamówionych Przedmiotów umowy, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego na podstawie dokumentu dostawy. Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być poprzedzone badaniem ilościowo – asortymentowym i jakościowym dostarczonych Przedmiotów umowy.” Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 3 ust. 3 wzoru umowy następujący: „Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.”.

Odp. Tak. Zamawiający modyfikuje zapis w par. 3 ust. 3 projektu umowy na zapis powyższy.
„Wykonawca wraz z dostarczonymi Przedmiotami umowy zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą ulotki w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.”.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w par. 7 ust. 1b na następujące: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku:

b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co obie strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 5% wartości niewykorzystanej części umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o modyfikację par. 7 ust 2 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy lub ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy trzykrotne opóźnienie w dostawie będzie przekraczać 15 dni roboczych od dnia określonego na podstawie § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy.”

Odp. Nie. Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany.

Podane przez Zamawiającego terminy służą zabezpieczeniu potrzeb zamawiającego w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji usług medycznych oraz dyscyplinowaniu wykonawców przy realizacji umowy.

Pytanie 19

Pakiet 6

- 1) Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert

Odp. Tak. Zamawiający wyraża zgodę i z poz. 2 pak. 6 tworzy **nowy pakiet nr 34.**

Jednocześnie zamawiający modyfikuje zapis w tym pakiecie tj. dawniej pak. 6 poz. 2 obecnie pakiet 34 na poniższy, obowiązujący przy składaniu ofert:

Pytanie 20 Pakiet 34

1. Grawitacyjny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych.

30.000 szt. x 8,00 = 240.000,-

Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą liczbową – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%), z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN). Korpus wykonany z poliwęglanu. Aparat wyposażony w zestaw kroplowy z komorą 20kr/ml z filtrem 15µm, filtrem powietrza 3µ oraz dren pacjenta odporny na zamknięcie światła i przeciekanie, o całkowitej długości drenów 195-200 cm, z łącznikiem typu luer lock (męskim) od strony pacjenta z wentylowanym koreczkiem ochronnym, z klamrą zaciskową do natychmiastowego zatrzymania wlewu oraz z dodatkowym portem do wstrzyknięć typu T (bez przestrzeni martwej), wyposażonym w membranę z poliizoprenu oraz szeroki kołnierz ochronny; cylindryczny kształt regulatora, skrzydełka na obwodzie regulatora. Sterylny, jednorazowego użytku, niepyrogenny; nie zawierający latexu i ftalanów (oznaczenie na opakowaniu), pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu numer serii, data ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. W każdym pojedynczym opakowaniu ulotka z ilustracyjnym opisem użycia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty po 5 szt. próbek.

Pytanie 21

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie grawitacyjnego aparatu do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu, długość zestawu 222 cm, filtr powietrza 0,2 mikrona, filtr w komorze kroplowej 15 µ, komora kroplowa 20 kr/ml, z portem do dodatkowych wstrzyknięć ok. 15 cm od końca linii infuzyjnej, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian

Odp. Zamawiający dopuszcza, długość zestawu 222cm oraz filtr powietrza 0,2µm i filtr w komorze kroplowej 15 µm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 22

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łącznika oddechowego o długości 15cm,. Pozostałe parametry jak w siwz

Odp. Nie, nie dopuści dł. 15 cm, gdyż proponowana rurka jest o 25% krótsza od wymaganej.

Pytanie 23

Prosimy o dopuszczenie łącznika oddechowego o długości 20,5 cm , pozostałe parametry jak w siwz
Odp. Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie 24

Pakiet 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łącznika oddechowego prostego o długości 15cm, pozostałe parametry jak w siwz

Odp. Nie, nie dopuści dł. 15 cm, gdyż proponowana rurka jest o 25% krótsza od wymaganej.

Pytanie 25

Pakiet 8 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 31g, przestrzeni martwej 35ml, poziom nawilżania 31 mg H₂O przy VT=500 ml, objętość oddechowa V_t 150-1000 ml

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił przedział wartości dotyczący wagi i martwej przestrzeni, a oferowane parametry nie mieszczą się w tym przedziale.

Pytanie 26

Pakiet 8 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 22g, przestrzeni martwej 26ml, objętość oddechowa V_t 150-1000 ml

Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Pakiet 8 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o wadze 53g, przestrzeni martwej 81ml, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , nawilżaniu 31,1 mg H₂O przy VT=500 ml

Odp. Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga filtra lekkiego, a zaferowany jest aż o 32% cięższy.

Pytanie 28

Pakiet 8 Poz 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy o powierzchni 545 cm², z uniwersalnym portem tlenowym , wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika, skuteczność nawilżania 29,2 mg H₂O przy V_t 500ml, utrata wilgotności 8,4 mg H₂O przy V_t 500 ml, przestrzeń martwa 10 ml, opór przepływu 0,25 cm H₂O przy 30 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej V_t> 50 ml, waga 6,3 g.

Odp. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Pytanie 29

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoczeń krwi - długość zestawu 192 cm. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu 5 łączników bezigłowych dla ramp 5 kranikowych , bez lateksu, części metalowych, możliwością użycia przez 7 dni lub 140 aktywacji, osadzonych na rampie wyposażonej w różnokolorowe kraniki. dren długości odpowiednio 145cm (±5cm), bez DEHP.

Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorhexydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi (potwierdzone oświadczeniem producenta)

Odp. Zamawiający oczekuje drenu spiralnego, ponieważ poprawia on wizualizację podaży, przez co zwiększa bezpieczeństwo stosowania. Ponadto Zamawiający nie dopuszcza rampy 5-kranikowej, ponieważ jest to zbyt mała ilość podłączeń potrzebnych na oddziale IT.

Pytanie 31

Pakiet 16 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników bez opisu w języku polskim na opakowaniu spełniających pozostałe parametry SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet 16 poz 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje maski krtaniowej w fabrycznie zapakowanym zestawie z lubrykantem i strzykawką luer-lock

Odp. Tak, zamawiający wymaga w zestawie maski krtaniowej z lubrykantem i strzykawką luer-lock (zgodnie z modyfikacją).

Pytanie 33

Pakiet 16 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z napisami w języku angielskim

Odp. Tak. Zamawiający dopuści

Pytanie 34 Pakiet 16 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych worków do zbiórki moczu przeznaczonych do minimum 3-dniowej zbiórki moczu bez informacji o tym na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ, informacja o czasie użytkowania na opakowaniu jednostkowym ułatwia pracę personelowi szpitalnemu i pośrednio eliminuje niebezpieczeństwo infekcji dróg moczowych.

Pytanie 35

Pakiet 22 poz. 1

prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 – filtra do podawania przeciwciał monoklonalnych – do osobnego apkietu co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie. Z pak. 22 poz. 1 tworzy **nowy pakiet 35**

Pytanie 36

Pakiet 22 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o skuteczności filtracji 0,2 mikrona , z efektywną powierzchnią filtrującej 10 cm², wielkość przepływu nie mniejsza niż 30 ml/min, objętość wypełnienia zestawu (filtr i dreny) - 3,8 ml wolny od DEHP i lateksu, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii, daty ważności i producenta, okres ważności min. 12 mcy od daty dostawy
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby filtr był wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi w kierunku filtra oraz w specjalną zastawkę typu Flowstop, która umożliwi wypełnienie i odpowietrzenie zestawu przed podłączeniem do linii infuzyjnej przy zachowaniu jego sterylności

Odp. 1 i 2 Zamawiający opisał w poz. 2 dokładnie skład zestawu do nakłuć opłucnej i nie widzi potrzeby medycznej, żeby w skład zestawu winien wchodzić filtr.

Pytanie 37 Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych worków do zbiórki moczu przeznaczonych do minimum 7-dniowej zbiórki moczu bez informacji o tym na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiający podtrzymują wymogi SIWZ, informacja o czasie użytkowania na opakowaniu jednostkowym ułatwia pracę personelowi szpitalnemu i pośrednio eliminuje niebezpieczeństwo infekcji dróg moczowych.

Pytanie 38

Pakiet 29 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników nie zgodnych z definicją punktu 3.3 normy PN EN ISO 8836 spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 Dotyczy pakietu 5

Wnosimy o wydzielenie pozycji:

6. Wężę do ssaka.

7. Końcówka do ssaka typu Yankauer.

do osobnego pakietu np. 5A. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

Odp. Nie, nie wydzielili 2 pozycji, gdyż zamawiający tak skonstruował pakiet akcesoriów do odsysania pola operacyjnego (3 pozycje) aby wszystkie części były ze sobą kompatybilne.

Pytanie 40 Dotyczy pakietu 17 poz. 13

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 17A. Wydzielenie to zwiększy liczbę składanych ofert konkurencyjnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Z pak. 17 poz. 3 tworzy **nowy pakiet 36.**

Pytanie 41

Dotyczy SIWZ, Formularza Oferty, oświadczeń

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odp. Tak. Szczegółowy wymóg dotyczący pełnomocnictwa zawarty jest w pkt. IX. 7 siwz - poniżej treść tego zapisu.

7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczętkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

Pytanie 42

Dotyczy § 7 ust.1 b wzoru umowy

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Wnosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia.

Odp. Patrz na odpowiedź na pytanie nr 17

Pytanie 43

Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy

Wnosimy do Zamawiającego o modyfikację ww punktu poprzez dopisanie :

[..."z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi].

Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż np. Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp. Nie . Zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany. Jednocześnie wskazuje, że w par. 7 ust. 3 naliczanie kar za nieterminowe płatności jest przewidziane również od wysokości 5% łącznej wartości określonej w par. 5 ust. 1. Umowy.

Pytanie 44

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. nr 1.1:

- 100 szt. taśm, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), oraz
- 2 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe, nie połączone z taśmami ?

Odp. Zamawiający wymaga zintegrowania taśmy implantowanej z przewodnikami oraz zestawu w całości sterylnego i jednorazowego użytku.

Pytanie 45

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. nr 1.2:

- 20 szt. taśm, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczeplenia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
Porowatość	
1000 μm	698 μm
Gramatura	
48 g/m^2	175 g/m^2 ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez nici pozycjonujących, bez przewodnicy.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ w naszej placówce zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu nie są wykonywane metodą implantacji taśmy do powięzi.

Pytanie 46

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27, poz. nr 2.1:

Siatkę do operacji ginekologicznych, polipropylenową monofilamentową, o grubości 0,40 mm, gramaturze 48,8 g/m^2 , porowatości 86,7 %, w rozmiarze:

- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 25 x 25 cm),]
- zgodnym z SIWZ (10 x 15 cm) ?

Odp. Zamawiający wymaga siatek lżejszych, o mniejszej gramaturze niż oferowane.

W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji, zwracamy się z prośbą o możliwość jej/ich wydzielenia i utworzenie odrębnego Pakietu.

Pytanie 47

Pakiet Nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 z pakietu nr 17 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Obecna konfiguracja pakietu znacznie ogranicza konkurencję. Podział pakietu umożliwi Państwu uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ekonomicznie i jakościowo ofert.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i z pak. 17 poz. 2 tworzy **nowy pakiet 37.**

Pytanie 48 Pakiet 27, poz. 1.1.

Czy zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji 1.1 dopuści system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, system całkowicie jednorazowy o grubości 0,5 mm, szerokość taśmy 12,5mm, gramatura 70g/m2, porowatość 85%. Taśma zakończona jest metalowymi szybkozłączami. Taśma nie jest umieszczona w plastikowej osłonce przeciętej po środku. Zestaw zawiera taśmę oraz jednorazowe spiralne przewodnice o średnicy 3mm. Technika implantacji TOT Out-In, In-Out.

Odp. Zamawiający wymaga zintegrowania taśmy implantowanej z przewodnicami oraz wymaga aby taśma była umieszczona w plastikowej osłonce.

Pytanie 49 Pakiet 27, poz. 1.2.

Czy zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji 1.2 dopuści dopuści jednorazowy, jałowy małoinwazyjny zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z dwóch przewodnic służących do implantacji taśmy w powięzi, oraz taśmy podcewkowej o wymiarach 2x1cm wykonanej z polipropylenu monofilamentowego. System regulowany symetrycznie. Implant z jednego nacięcia bez użycia dodatkowych narzędzi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ w naszej placówce zabiegi leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu nie są wykonywane metodą implantacji taśmy do powięzi.

Pytanie 50 Pakiet nr 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie i z pak. 6 poz. 2 tworzy **nowy pakiet 34.**

Pakiet 51 Pakiet nr 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min.

- Długość drenu 180 cm.
- Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji.
- Możliwość obsługi jedną ręką.
- Posiada dodatkowy zacisk rolkowy.
- Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem.
- Zakończenie drenu luer lock.
- Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP.
- Sterylizowany tlenkiem etylenu.
- Jednokrotnego użytku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego zestawu, ponieważ posiada zbyt krótki dren, ponad to zacisk rolkowy nie gwarantuje pewnego i szybkiego zamknięcia światła drenu tak jak klamra zaciskowa.

Pytanie 52 Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, ze standardowym systemem zamykania korka portu bocznego, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wymaga min. 6 pasków radiocieniujących, ponieważ w przypadku złamania kaniuli łatwiej można ją zlokalizować.

Pytanie 53 Pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, ze standardowym systemem zamykania korka portu bocznego, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający wymaga min. 6 pasków radiocieniujących, ponieważ w przypadku złamania kaniuli łatwiej można ją zlokalizować.

Pytanie 54 Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli wykonanej z poliuretanu, czy z FEP? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający oczekuje kaniuli wykonanych z PTFE.

Pytanie 55 Pakiet nr 9, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z pakietu 9, ponieważ tak skonstruował pakiet 9, aby opisany w nim sprzęt był w pełni kompatybilny i pochodził od jednego producenta.

Pytanie 56 Pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 2,4 cm, o przepływie grawitacyjnym 312 ml/min, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 4 bary = 60 psi, ciśnienie zwrotne 2 bary= 30 psi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łącznika o powyższych parametrach, ponieważ łączniki są używane do podania dużej ilości kontrastu w krótkim czasie pod dużym ciśnieniem.

Pytanie 57 Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować w pakiecie wysokiej jakości przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 55mm, nieelastyczną? Proponowany przez nas przyrząd jest z powodzeniem stosowany w wielu palcówkach medycznych na terenie całej Polski. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58 Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu typu folia? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w uchwyt na dren, w celu zwiększenia efektywności pracy obsługi szpitala? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 60 Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą dwukanałową pozwalającą na łatwe wprowadzanie do butelek i całkowite opróżnienie butelki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 61 Pakiet nr 16, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 16 poz. 4 tworzy **nowy pakiet nr 38.**

Pytanie 62 Pakiet nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatozem pozycji, z powodzeniem stosowanym w placówkach na terenie całej Polski?

Odp. Zamawiający wymaga podwójnego indykatora pozycji otwarty/zamknięty, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo infuzji.

Pytanie 63 Pakiet nr 16, poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 16 poz. 6 tworzy **nowy pakiet nr 39.**

Pytanie 64 Pakiet nr 16, poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli worki do dobowej zbiórki moczu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający ma na myśli worki, które w jednej linii z cewnikiem będzie można utrzymać minimum 72h.

Pytanie 65 Pakiet nr 17, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 17 poz. 2 tworzy **nowy pakiet nr 37.**

Pytanie 66 Pakiet nr 17, poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 17 poz. 4 tworzy **nowy pakiet nr 40.**

Pytanie 67 Pakiet nr 17, poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 17 poz. 6 tworzy **nowy pakiet nr 41.**

Pytanie 68 Pakiet nr 17, poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,33 x 12,00 mm, zamiast 0,33 x 12,70 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły krótszej niż 12,7mm, dopuszcza natomiast igły dłuższe od wymaganej.

Pytanie 69 Pakiet nr 17, poz. 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców, a tym samym spowoduje osiągnięcie korzystniejszych cen.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu 17 poz. 10 tworzy **nowy pakiet nr 42.**

Pytanie 70 Pakiet 14 Złote znaczniki dystansowe do radioterapii

Czy w uwagi na wysoką wartość złotych znaczników dystansowych, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie mniejszej ilości szt. próbek – na 2 szt. w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia.

W poprzednich odpowiedziach Zamawiający wymagał 2 szt. próbek i te ilości wystarczały do oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 2 próbek (2 podwójnych znaczników).

Pytanie 71 Dotyczy kodu produktu: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują kodów na produkty Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72 Pakiet nr 5, poz. 10: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pakietu (przed modyfikacją poz.5 poz. 10) po modyfikacji pak. 33 poz. 8 tworzy się **nowy pakiet 43.**

Pytanie 73 Pakiet nr 5, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści balon o pojemności 10-20ml dla rozmiaru Fr 20?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody wymaga cewników z balonem jednakowej pojemności 5-10ml, jest ona wystarczająca do ufiksowania cewnika w pęcherzu.

Pytanie 74 Pakiet nr 5, poz. 10: Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał znacznik RTG na całej długości?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 75 Pakiet nr 16, poz. 6: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pak. 16 poz. 6 tworzy się **nowy pakiet 39.**

Pytanie 76 Pakiet nr 17, poz. 6: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pak. 17 poz. 6 tworzy się **nowy pakiet 41.**

Pytanie 77 Pakiet nr 17, poz. 6: Czy Zamawiający wymaga, aby osłonka na igłę była w kolorze rozmiaru igły, co umożliwia szybką i łatwą identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 78 Pakiet nr 17, poz. 6: Czy Zamawiający wymaga, aby napisy na pojedynczym opakowaniu były w kolorze rozmiaru igły?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 79 Pakiet nr 17, poz. 6: Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 80 Pakiet nr 17, poz. 7: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Z pak. 17 poz. 7 tworzy się **nowy pakiet 44.**

Pytanie 81 Pakiet nr 17, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu rozmiar CH 16 o średnicy zewnętrznej 5mm i średnicy wewnętrznej 3mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, iż będą one kompatybilne z filtrami tracheotomijnymi z pakietu 8 poz. 6.

Pytanie 82 Pakiet nr 17, poz. 7: Czy Zamawiający wymaga, aby dren posiadał minimum 6 podłużnych, wtopionych pasków wzmacniających, powodujących, że dren nie załamuje się i nie zamyka „światła” przepływu tlenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 83 Pytania do wzoru umowy:

§2, ust. 5

Zgodnie z § 2 ust. 5 projektu umowy Zamawiający w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie 24 miesięcy może przedłużyć okres realizacji, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownego aneksu. Zwracamy się z prośbą o zmianę przedłużenia okresu realizacji o kolejne 4 miesiące od dnia zakończenia umowy, w związku z powyższym okres obowiązywanie umowy nie może łącznie przekroczyć 28 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§7, ust. 1, pkt. b i §7, ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu umowy w przypadku odstąpienia od umowy na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotów umowy?

Odp. Poniżej odpowiedzi dotyczące wymienionych wyżej paragrafów umowy:

Par. 2 ust. 5 – nie, zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany.

Par. 7 ust. 1 pkt. b – nie, zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania proponowanej zmiany - patrz odpowiedź na pytanie 17;

Par. 7 ust. 2 – nie, zamawiający nie widzi potrzeby dokonywania zmiany.

Pytanie 84 do SIWZ:

Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie igły do krótkotrwałych wlewów typu „motylek” wykonanej ze stali nierdzewnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści rampę wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza. Rampa sześćo-kranikowa z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty łącznikiem -systemem bezigłowym (razem 7 systemów) pełniącymi rolę zaworów odcinających, nie zawierających lateksu oraz części metalowych, Dostosowanych do wielokrotnego kontaktu z krwią, alkoholami, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną. Kompatybilny ze wszystkimi lekami, w tym nowej generacji, (potwierdzone badaniami klinicznymi) z możliwością

użycia przez 7 dni lub 720 aplikacji z drenem o długości 150 cm i odłączanym uchwytem mocującym do ramy łóżka?

Odp. Zamawiający oczekuje drenu spiralnego, ponieważ poprawia on wizualizację podaży, przez co zwiększa bezpieczeństwo stosowania.

Pytanie 86 Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pałeczki o długości 200 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87 Pakiet nr 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarze CH 16?

Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, iż średnica wewnętrzna i zewnętrzna mieści się w zakresach zawartych w SIWZ oraz, iż dreny z końcówką luer (poz. 7.2.) będą kompatybilne z filtrami tracheostomijnymi (pakiet 8, poz. 6).

Pytanie 88 Pakiet nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worki skalowane co 1 ml od 4-50 ml i co 5 ml do 500 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89 Pakiet nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worki skalowane co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml i co 10 ml od 100 do 500 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga bardziej precyzyjnej skali.

Pytanie 90 Pakiet nr 17, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania wydzielin o pojemności 20 ml. ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność 20ml, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 91 Pakiet nr 17, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 120 ml?

Odp. Wykonawca popełnił omyłkę przy jednostkach miary – chodzi o cm - Zamawiający nie dopuszcza długości zgłębnika 120cm, ponieważ zaoferowane zgłębniki są aż o 30cm krótsze od wymaganych.

Pytanie 92 Pakiet nr 17, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z igłami w rozmiarach 14 G, 16 G i 19 G oraz ze strzykawką z pojedynczą skalą?

Odp. Ze względu na specyfikę leczenia pacjentów onkologicznych, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93 Dotyczy Pakietu nr 20. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 1 trójwymiarowe, obrotowe narzędzie do usuwania obciążonych polipów i ciał obcych. Wykonane z drutu i siatki nylonowej rozpozartanej na pętli o średnicy 22 lub 26 mm. Średnica zewnętrzna osłonki 2,5 mm, długość robocza 230 cm. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane po 5 sztuk. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94 Dotyczy Pakietu nr 20. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 pozycja 2 urządzenie do inflacji balonów do poszerzania zwężeń, jednorazowego użytku w postaci wysokociśnieniowej strzykawki z gwintowanym tłokiem, z manometrem z fluorescencyjną tarczą, pozwalające na pracę w grniacach ciśnien 0 – 26 ATM, posiadające funkcję szybkiej pre-inflacji i szybkiej deflacji. Pakowane pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Pakiet 29 Poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego klinicznie rozwiązania w postaci: modułowego zamkniętego systemu do wielokrotnego odsysania z dróg oddechowych składającego się z pakowanych oddzielnie: sterylnego cewnika do użytku na 72 godziny do rurek intubacyjnych 14 i 16 CH o długości 54 cm i do rurek tracheostomijnych 14 i 16 CH o długości 34 cm oraz z czystego, gotowego do użycia podwójnie obrotowego adaptera (łącznika) do dróg oddechowych o poziomie czystości mikrobiologicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, łącznik o kącie 45 stopni, z możliwością wymiany cewnika, z samodomykającą się dwudzielną zastawką komory płuczącej, z obrotowym, zamykanym portem do przepłukiwania cewnika oraz z możliwością podania leków w formie płynnej, podwójnie obrotowy łącznik od strony pacjenta i obwodu oddechowego. Do każdego systemu 12 fiolek z 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania). Na każdym cewniku i adapterze nadruk nr serii oraz daty ważności na sterylnym cewniku.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96 Dotyczy pakietu 26 poz. 5

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego i dopuszczenie:

- 5.1 trokara tnącego z metalowym ostrzem oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, posiadający zawór insuflacja/zamknięcie, wbudowana uszczelka, dodatkowa redukcja 5mm

Odp. 5.1. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga trokaru z plastikowym ostrzem, gdyż rozpycha on tkanki, a nie tnie jak w przypadku trokara z ostrzem metalowym (mniejsza traumatyzacja tkanki oraz zmniejszone ryzyko krwawienia z naczyń). Zamawiający wymaga zaworu 3-stopniowego, ponieważ umożliwia on desuflację bez odłączenia wężyka CO₂. Zamawiający wymaga także uniwersalnej uszczelki aby szybko i bez dodatkowych czynności korzystać z narzędzi o średni 5-11mm bez potrzeby użycia dodatkowej redukcji.

- 5.2 dopuszczenie trokara tnącego z metalowym ostrzem oraz ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, posiadający zawór insuflacja/zamknięcie, wbudowana uszczelka, dodatkowa redukcja 5mm, pakowany z kaniulą

Odp. 5.2. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ przy zabiegach, z użyciem 2 trokarów, operator musi mieć możliwość doboru dodatkowej kaniuli a nie całego trokara. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty zabiegu oraz ułatwia jego wykonanie.

- 5.3 dopuszczenie trokara 5mm z ostrzem plastikowym piramidalnym, posiadający zawór insuflacja/zamknięcie, wbudowana uszczelka

Odp. 5.3. Zamawiający wymaga zaworu 3-stopniowego, ponieważ umożliwia on desuflację bez odłączenia wężyka CO₂.

- 5.4 dopuszczenie trokara 5mm z ostrzem plastikowym piramidalnym, posiadający zawór insuflacja/zamknięcie, wbudowana uszczelka, pakowany z kaniulą

Odp. 5.4. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ przy zabiegach, z użyciem 2 trokarów, operator musi mieć możliwość doboru dodatkowej kaniuli a nie całego trokara. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty zabiegu oraz ułatwia jego wykonanie.

- 5.5 dopuszczenie trokara 12mm z plastikowym ostrzem rozpychającym, posiadający zawór insuflacja/zamknięcie, wbudowana uszczelka, dodatkowa redukcja

Odp. 5.5. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymaga zaworu 3-stopniowego, umożliwia on desuflację bez odłączenia wężyka CO₂. Zamawiający wymaga ponad to uniwersalnej uszczelki aby

szybko i bez dodatkowych czynności korzystać z narzędzi o średni 5-12mm bez potrzeby użycia dodatkowej redukcji.

- 5.6 dopuszczenie zestawu pakowanego jałowo składającego się z:
 - 2 kaniule 10mm, dł 100mm, z zaworem insuflacja/ zamknięcie, ożebrowana
 - obturator do ww kaniuli z metalowym ostrzem i plastikową osłonką rozdzielającą tkanki
 - 2 kaniule 55mm, dł 100mm, z zaworem insuflacja/ zamknięcie, ożebrowana
 - obturator 5mm z ostrzem piramidalnym
 - igła veresa
 - woreczek ewakuacyjny

Odp. 5.6. Zamawiający wymaga zestawu 3-elementowego, skład jest zoptymalizowany do procedury laparoskopowej stosowanej w naszym szpitalu. Ponad to zamawiający wymaga elementów pakowanych pojedynczo, gdyż można zużyć niewykorzystany sprzęt do innego zabiegu.

Zamawiający wydziela z pakietu 26 poz. 5 i tworzy z niej nowy **pakiet nr 45.**

Dodaje się nowy pakiet nr 46

Pakiet 46

1. Opaska do mocowania rurek intubacyjnych.

2.000szt-

Opaska do mocowania rurek intubacyjnych jednoczęściowa, w postaci paska z miękkiego, gąbczastego materiału przeciwoleżynowa z możliwością regulacji długości opaski przez docięcie, zaopatrzona w dwa rzepy umożliwiające zapinanie opaski oraz mocowanie jej do rurki.

W związku z powyższym zmianie podlegają zapisy w pkt. V. 1, 2 i 3 siwz:

2	<p>Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p>Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 zamówienie odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia oraz wartością złożonej oferty w danym pakiecie na kwotę minimum PLN:</p>																						
	<table border="1"><tr><td>1-</td><td>500 000 zł</td></tr><tr><td>2-</td><td>105 000 zł</td></tr><tr><td>3-</td><td>177 000 zł</td></tr><tr><td>4-</td><td>41 000 zł</td></tr><tr><td>5-</td><td>46 000 zł</td></tr><tr><td>6-</td><td>158 000 zł</td></tr><tr><td>7-</td><td>4 000 zł</td></tr><tr><td>8-</td><td>96 000 zł</td></tr><tr><td>9-</td><td>772 000 zł</td></tr><tr><td>10-</td><td>7 000 zł</td></tr><tr><td>11-</td><td>200 000 zł</td></tr></table>	1-	500 000 zł	2-	105 000 zł	3-	177 000 zł	4-	41 000 zł	5-	46 000 zł	6-	158 000 zł	7-	4 000 zł	8-	96 000 zł	9-	772 000 zł	10-	7 000 zł	11-	200 000 zł
1-	500 000 zł																						
2-	105 000 zł																						
3-	177 000 zł																						
4-	41 000 zł																						
5-	46 000 zł																						
6-	158 000 zł																						
7-	4 000 zł																						
8-	96 000 zł																						
9-	772 000 zł																						
10-	7 000 zł																						
11-	200 000 zł																						

	12-	176 000 zł
	13-	343 000 zł
	14-	260 000 zł
	15-	17 000 zł
	16-	37 000 zł
	17-	27 000 zł
	18-	101 000 zł
	19-	95 000 zł
	20-	20 000 zł
	21-	18 000 zł
	22-	62 000 zł
	23-	14 000 zł
	24-	78 000 zł
	25-	15 000 zł
	26-	1 900 000 zł
	27-	185 000 zł
	28-	32 000 zł
	29-	23 000 zł
	30-	7 500 zł
	31-	16 000 zł
	32-	16 000 zł
	33-	62 000 zł
	34-	144 000 zł
	35-	102 000 zł
	36-	16 000 zł
	37-	25 000 zł
	38-	7 000 zł
	39-	19 000 zł
	40-	300 zł
	41-	4 000 zł
	42-	23 000 zł
	43-	6 000 zł
	44-	3 000 zł
	45-	361 000 zł.
	46-	9 000 zł
	<p>Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.</p> <p>W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet Wykonawca na potwierdzenie warunku spełniania wiedzy i doświadczenia może złożyć jeden dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na sumę wszystkich zaoferowanych pakietów łącznie lub wskazać, jeśli dokumentów potwierdzających jest więcej którego pakietu dotyczą.</p>	
3		

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż **podana niżej dla poszczególnych pakietów, na które składana jest oferta w PLN:**

1-	830 000,00 zł
2-	175 000,00 zł
3-	293 000,00 zł
4-	68 000,00 zł
5-	76 000,00 zł
6-	263 000,00 zł
7-	7 000,00 zł
8-	160 000,00 zł
9-	1 286 000,00 zł
10-	12 000,00 zł
11-	333 000,00 zł
12-	294 000,00 zł
13-	571 000,00 zł
14-	432 000,00 zł
15-	29 000,00 zł
16-	61 000,00 zł
17-	45 000,00 zł
18-	169 000,00 zł
19-	158 000,00 zł
20-	33 000,00 zł
21-	30 000,00 zł
22-	103 000,00 zł
23-	23 000,00 zł
24-	130 000,00 zł
25-	25 000,00 zł
26-	3 200 000,00 zł
27-	308 000,00 zł
28-	53 000,00 zł
29-	38 000,00 zł
30-	13 000,00 zł
31-	27 000,00 zł
32-	27 400,00 zł
33-	103 000,00 zł
34-	240 000,00 zł
35-	170 000,00 zł
36-	26 000,00 zł
37-	41 000,00 zł
38-	12 000,00 zł
39-	32 000,00 zł
40-	500,00 zł

		41-	6 000,00 zł	
		42-	38 000,00 zł	
		43-	10 000,00 zł	
		44-	5 000,00 zł	
		45-	602 000 zł.	
		46-	16 000,00 zł	

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może złożyć jedną polisę na wartość stanowiącą sumę wartości wymaganej we wszystkich złożonych pakietach.

Oraz w pkt. VIII Wadium

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości podanej poniżej dla pakietów, na które składa ofertę. Wartość wadium dla poszczególnych pakietów jest następująca:

Pakiet	Wartość	Pakiet	Wartość
1-	8 265 zł	24-	1 301 zł
2-	1 748 zł	25-	250 zł
3-	2 926 zł	26-	32 325 zł
4-	679 zł	27-	3 080 zł
5-	759 zł	28-	525 zł
6-	2 634 zł	29-	380 zł
7-	70 zł	30-	125 zł
8-	1 596 zł	31-	266 zł
9-	12 860 zł	32-	274 zł
10-	119 zł	33-	1 026 zł
11-	3 330 zł	34-	2 400 zł
12-	2 940 zł	35-	1 700 zł
13-	5 710 zł	36-	263 zł
14-	4 320 zł	37-	408 zł
15-	285 zł	38-	117 zł
16-	609 zł	39-	320 zł
17-	445 zł	40-	4 zł
18-	1 692 zł	41-	59 zł
19-	1 575 zł	42-	378 zł
20-	329 zł	43-	100 zł
21-	296 zł	44-	50 zł
22-	1 032 zł	45-	6 019 zł.
23-	226 zł	46-	154 zł

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7), zmodyfikowany projekt umowy oraz Formularz ofertowy jest umieszczony na stronie www.wco.pl pod numerem przetargu 350/37/2016.

W związku z powyższym przesuwa się termin składania i otwarcia ofert z dnia 16.05.2016r na dzień **08.06.2016r – składanie ofert do godz. 9.00 i otwarcie ofert o godz. 10.00.**

Z poważaniem,
z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna