

Poznań, dnia 2016-05-04
EZ/350/39/2016/...443.....

**Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 39/2016 zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do siwz na które udzielamy odpowiedzi:

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w Pakiecie nici bez dodatku triclosanu?

Odp. Nie, nie dopuści, zamawiający w pakiecie 1 wymaga szwów antybakteryjnych z dodatkiem triclosanu.

Dot. Pakietu 1 poz. 1,15

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą okrągłą?

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający w poz. 1 i 15 wymaga igły rozwarstwiającej.

Dot. Pakietu 1 poz.9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający w po. 9 wymaga igły typu Prime II, ze stali typu Ethalloy.

Dot. Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem o krzywiznie 3/8 koła, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający w poz. 4 wymaga igły typu Prime II, ze stali typu Ethalloy.

Dot. Pakietu 3 poz. 1,2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający w po. 1 i 2 wymaga igły typu Prime II lub posiadającą 5 krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy.