

Poznań, dnia 2016-05-04
EZ/350/39/2016/...443.....

**Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników i zainteresowanych**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 39/2016 zakup i dostawa nici chirurgicznych i staplerów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do siwz na które udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak , dopuści.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 1 dopuści nić czarną z igłą posiadającą 3 krawędzie tnące? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, nić czarną dopuści, nie dopuści igły z 3 krawędziami tnącymi. Zamawiający w poz. 1 i 2 wymaga igły typu Prime II lub posiadającą 5 krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji 2 dopuści nić z igłą posiadającą 3 krawędzie tnące? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający w po. 1 i 2 wymaga igły typu Prime II lub posiadającą 5 krawędzi tnących ze stali typu Ethalloy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 materiał szewny wchłaniający się w okresie 56-70 dni, o podtrzymaniu tkankowym po 14 dniach 75%, a po 21 dniach 50%? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści. Zamawiający określił przedział dotyczący opisanych parametrów, a proponowane wartości nie mieszczą się w tym przedziale.

Pytanie 5

Czy zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 2 dopuści nić o długości 45 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści zgodnie z p. 5 kryteriów dla nici chirurgicznych.

Pytanie 6

Czy zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 7 dopuści nić fioletową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie, nie dopuści. Ważnym dla zamawiającego jest aby opisana w p. 7 nić była niebarwiona.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 zezwoli na zaoferowanie nici opisanej jak w SIWZ składającej się z polydioksanonu , odporność na rozciąganie 1-2 tyg., wchłanianie 90-120 dni oraz w odpowiednich pozycjach odpowiednie parametry:

Poz 2- 36mm igła dług nici 30 cm

Poz 3- igła 3/8 koła

Poz 4 – 3/8 koła 3/0

Odp. Nie, nie dopuści.

Poz. 2 – zgodnie z p. 3 kryteriów dla nici chirurgicznych.

Poz. 3 – wymaga igły 1/2 koła

Poz. 4 – wymaga igły 1/2 koła i nici o grubości 4/0 (gdyż nić o grubości 3/0 jest w poz. 3)

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 zezwoli na zaoferowanie w poz. 1 produktu opisanego jak w SIWZ o parametrach +/- 0.5 mm?

Odp. Nie, nie zezwoli , gdyż zamawiający nie wie, którego parametru dotyczy odchylenie +/- 0,5 mm (wielkości porów czy grubości siatki).

Z poważaniem,
z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna