

Poznań, dnia 14.06.2016  
EZ/350/52/2016/980

**Wg rozdzielnika:**  
**do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**  
**dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 52/2016 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do sterylizacji.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-9

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyłącza z pakietu nr. 2 poz. 1-9 i utworzy z nich pakiet 5. Koryguje się jednocześnie numerację pozycji. W załączeniu wykaz pozycji w pakiecie.

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękawy z fałdą o rozmiarze 42 cm x 9 cm x 100 mb?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuści rękaw do sterylizacji z fałdą o rozmiarze 42cm x 9 cm x 100 mb.

**PYTANIE**

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o następujących parametrach:

- gramatura papieru 60g/m<sup>2</sup>
- folia 7-warstwowa
- posiadające na rękawie informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji
- kierunek otwierania umieszczony zarówno od strony folii jak i papieru
- nie posiadający na rękawie informacji, że opakowanie jest jednorazowego użytku
- brak oznaczenia norm ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5 na rękawie
- znak CE umieszczony na rękawie

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o następujących parametrach :

- Gramatura papieru 60 g /m<sup>2</sup> – tak
- Folia 7- warstwowa – tak
- Posiadające na rękawie informacje o kolorze wskaźników po sterylizacji – tak
- Kierunek otwarcia umieszczony zarówno od strony folii jak i papieru – tak
- Nie posiadający na rękawie informacji że opakowanie jest jednorazowego użytku – tak
- Brak oznaczenia norm ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5 na rękawie – tak
- Znak CE umieszczony na rękawie – nie dopuszcza się takiego rozwiązania, znak CE winien być umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z zapisami ustawy o wyrobie medycznym , oferent do tego pakietu musi nieodpłatnie dostarczyć zgrzewarko- obcinarkę

#### PYTANIE

Dot. Pakietu nr 2,

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę nie posiadającą funkcji cięcia torebek o następujących parametrach:

- szerokości zgrzewu 12 mm
- prędkość przesuwu zgrzewu 4m/min.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zgrzewarki o opisanych parametrach , jednocześnie doprecyzowuje , urządzenie zgrzewające musi posiadać automatyczną funkcję cięcia rękawów i produkowania z nich torebek o zadanych wymiarach , z możliwością ułożenia na podajniku przynajmniej 2 rolek rękawów. Z możliwością ustawiania temperatury zgrzewu dla różnych rękawów .

Zgrzewarko- obcinarka posiadać powinna blat rolkowy do przesuwu automatycznie produkowanych torebek, ułatwiający przenoszenie ich do koszyka zbiorczego. Długość zgrzewu - 40 cm, szerokość zgrzewu zgodna z normą , nacisk rolki podczas zgrzewu zgodny z normą .

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza powyższe.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje proponowany zapis do projektu umowy.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. d) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Proponowana modyfikacja nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% łącznej wartości brutto niedostarczonych Przedmiotów umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

Kary na takim samym poziomie zostały określone dla Zamawiającego w zakresie paragrafu 7.

#### PYTANIE

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy lub wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy/wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z modyfikacją Specyfikacji zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 21.06.2016 do godz. 09:00

Otwarcie ofert w dniu 21.06.2016 o godz. 10.00

**UWAGA:**

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

PAKIET NR 2

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia - nazwa handlowa	J. m.	Ilość
1	Rękawy papierowo - foliowe z fałdą 40 cm x 8 cm x 100 m	szt.	30
2	Rękawy z polyolefinu 90g/m <sup>2</sup> i folii , bez fałdy , gwarantujące bezpyłowe otwarcie spełniające normę PN-EN -868 , temperatura zgrzewu - 135° C , otwierane na całej długości zgrzewu w następujących rozmiarach		
	42cm x 70m	szt.	35
	47cm x 70m	szt.	15
	52cm x 70m	szt.	10
	21 cmx 70m	szt.	30
	32cm x 70m	szt.	40

**Dostawca na czas postępowania zobowiązany jest do przekazania urządzenia przeznaczonego do zgrzewania i cięcia torebek o wydajności min .10 torebek na minutę, długość zgrzewu do 40cm, szerokość zgrzewu wielorowkowego 14 mm, nacisk rolki podczas zgrzewu zgodny z normą**

PAKIET NR 5

L.p	Nazwa przedmiotu zamówienia - nazwa handlowa	J. m.	Ilość
1	Rękawy papierowo- foliowe 5 cm / 200 m	szt.	15
2	Rękawy papierowo- foliowe 7,5 cm / 200 m	szt.	180
3	Rękawy papierowo- foliowe 10 cm / 200 m	szt.	138
4	Rękawy papierowo- foliowe 12 cm / 200 m	szt.	63
5	Rękawy papierowo- foliowe 15 cm / 200 m	szt.	141
6	Rękawy papierowo- foliowe 20 cm / 200 m	szt.	194
7	Rękawy papierowo- foliowe 25 cm / 200 m	szt.	98
8	Rękawy papierowo- foliowe 30 cm / 200 m	szt.	100
9	Rękawy papierowo- foliowe 40 cm / 200 m	szt.	20

Opis uzupełniający

Rękawy papierowo – foliowe do zgrzewania poz.1-9

- gramatura papieru 70 g/m<sup>2</sup>
- grubość folii 52µm
- folia 6-warstwowa
- zgrzew fabryczny 3-kanalowy,

- wskaźniki sterylizacji S/EO umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim
- kierunek otwierania umieszczony na papierze na linii zgrzewu fabrycznego
- piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku
- każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierającą m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiającą archiwizację opakowania medycznego
- oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5 na linii zgrzewu fabrycznego,
- znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w j. polskim,

**Dostawca na czas postępowania zobowiązany jest do przekazania urządzenia przeznaczonego do zgrzewania i cięcia torebek o wydajności min .10 torebek na minutę, długość zgrzewu do 40cm, szerokość zgrzewu wielorowkowego 14 mm, nacisk rolki podczas zgrzewu zgodny z normą**

---