

Poznań, dnia 22.06.2016
EZ/350/52/2016/1011

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 52/2016 **Zakup i dostawa materiałów
zużywalnych do sterylizacji.****

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Czy w związku z podziałem pakietu nr 2 na pakiet nr 2 oraz 5 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dla nowego pakietu nr 2 urządzenia do automatycznego cięcia torebek ze względu na brak możliwości technologicznych automatycznego wykonywania torebek z polyolefinu i folii?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczania urządzenia do automatycznego cięcia i zgrzewania torebek .

PYTANIE

Dotyczy pakietu nr 5 - Prosimy o potwierdzenie, iż każda rolka rękawa papierowo – foliowego powinna być oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, która zawiera informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu w celu potwierdzenia jakości wyrobu medycznego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, iż każda rolka rękawa papierowo- foliowego powinna być oznaczona etykietą identyfikacyjną zawierającą datę produkcji , ważności numer LOT.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. leczenia

dr n. med. Józef Mazurek