

Poznań, dnia 20-11-2008
EZ/...6784...../2008

**Wg rozdzielnika:
Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 111/2008 VIDEOPROCHOFIBEROSKOP.

Zgodnie z art. 181 ust.3 PZP Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w dniu 19.07.2008 r. faxem Zamawiający otrzymał protest, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 181 ust. 4, 5 i 6:

- „uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się też wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia.”
- „wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście”
- „wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności”.

Niniejsze pismo przesłane zostanie pocztą.

Zgodnie z art. 181 ust.1 i 2 bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Zgodnie z art. 182 ust.1 zawieszona jest termin zawarcia umowy.

UWAGA:

- Ustalony termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.11.2008 r. staje się nieaktualny.
- Zamawiający w chwili ostatecznego rozstrzygnięcia protestu poda nowe terminy składania i otwarcia ofert.
- O powyższym Zamawiający poinformuje wszystkich zainteresowanych w obowiązujący sposób tj: na stronie www.wco.pl i korespondencja zostanie wysłana do Wykonawców.

Z poważaniem,
z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna

OŚWIADCZENIE *
POTWIERDZAM OTRZYMANIE NINIEJSZEGO PISMA

data..... pieczętka i podpis.....

* wysłać na nr fax. (061) 88 50 643

TREŚĆ PROTESTU

Kanie, 17.11.2008 r.

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61 – 866 Poznań

Fax.: (061) 88 – 50 – 643

zaopatrzenie@wco.pl

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych- video bronchofiberoskopu (2 szt.) wraz z systemem do video endoskopii 1 kpl) nr 111/2008 – ogłoszonego dnia 23.10.2008

PROTEST

W imieniu firmy Endo Elektronik Sp. z o. o., z siedzibą w Kaniach przy ul. Kolejowej 11 B, na podstawie art. 179 ust 1 i art. 180 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą – składam protest wobec czynności podjętej przez Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 15, zwanym dalej Zamawiającym; a mianowicie sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób niezgodny z ustawą w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia polegające na naruszeniu zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 7 ust.1, zasadą udzielania zamówień publicznych jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ta zasada została przez Zamawiającego złamana.

Zawarty w specyfikacji opis wymaganych warunków technicznych a także odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14.11.2008 r. uniemożliwiają uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców. Podane parametry techniczne oraz odpowiedzi Zamawiającego wskazują na jednego producenta tj. firmę Olympus.

Dowodem na poparcie stanowiska Protestującego są podane w załączniku nr 6 do specyfikacji następujące warunki techniczne:

1. Procesor wizyjny – „Możliwość umieszczenia w drodze optycznej źródła światła wąskopasmoweo filtru optycznego blokującego światło czerwone, umożliwiającego obrazowanie w wąskich pasmach”. Takie rozwiązanie wskazuje konkretnego dostawcę i zaniża przedmiotowy parametr. Pozostali oferenci posiadają znacznie bardziej zaawansowane funkcje obrazowania tkanki realizowane cyfrowo, umożliwiając nakładanie na obraz różnych filtrów ułatwiających diagnozowanie i rozpoznawania określonej zmiany.
Wnosimy o zmianę zapisu na: „Funkcje wspomagające obrazowanie tkanki, uruchamiane automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego”.
2. Procesor wizyjny – „Menu w języku polskim”, zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 14.11.2008: „Zamawiający wymaga, aby urządzenie będące przedmiotem przetargu posiadało menu w języku polskim” - taką opcję posiadają procesory firmy Olympus.
Wnosimy o zmianę zapisu na „Menu w języku polskim lub w języku angielskim z przeszkoleniem personelu i instrukcją obsługi w języku polskim”
Proponujemy w związku z tym odstąpienie tych parametrów lub dopuszczenie proponowanych zapisów, a postępowanie będzie konkurencyjne.

Takie określenie w specyfikacji wymaganych warunków technicznych spowodowało, że postępowanie prowadzone jest wbrew zasadzie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy i niezgodne z art. 29 ust. 2. Oba podane wyżej argumenty mogą być zmienione bez uszczerbku na jakości i funkcjonalności kupowanego zestawu. Natomiast zmiana parametrów umożliwi złożenie ofert także przez innych wykonawców, co powinno skutkować lepszymi ofertami w zakresie przedmiotu jak i ceny. W obecnym stanie, postępowanie nie jest prowadzone na zasadzie bezstronności i obiektywizmu. Widać, że Zamawiającemu nie zależy na racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, a jedynie na nabyciu konkretnego urządzenia u konkretnego Wykonawcy.

Aby zachować zasadę uczciwej konkurencji Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia w sposób, aby mogli go spełniać także inni dostawcy (producenci).

Z uwagi na powyższą przytoczoną argumentację żądamy odpowiedniej modyfikacji specyfikacji, która to umożliwi złożenie ważnej oferty przetargowej pozostałym oferentom rynku i nie będzie godzić w zasadę uczciwej konkurencji.

W związku z przytoczoną wyżej argumentacją, jak i na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy to jest naruszeniem interesu prawnego Endo Elektronik Sp. z o. o. przez niemożność uzyskania zamówienia publicznego wniesienie protestu jest uzasadnione.
