

Poznań, dnia 2016-07-20
EZ/350/57/2016/____1113_____

**Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy : Zakup i dostawa urządzeń medycznych [przetarg nieograniczony 350/57/2016].

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż:
UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego długość leża w pozycji poziomej wynosi 2010mm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego wysokość regulowana jest elektrycznie z pilota ręcznego w zakresie 550-750mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego siedzisko pochylane jest elektrycznie z pilota ręcznego w zakresie 0-13°?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza proponowanych parametrów, gdyż proponowany jest za mały zakres regulacji.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment nóg regulowany jest elektrycznie z pilota ręcznego w zakresie 0-35°?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego pilot nie posiada elektronicznej blokady wszystkich funkcji? W naszym fotelu uchwyty na pilot zlokalizowane są w zasięgu pacjenta, jak i po za jego zasięgiem, w celu uniemożliwiania niepożądanych regulacji.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga blokady funkcji na pilocie z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, posiadający 4 koła o średnicy 125mm, z blokadami indywidualnymi?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga blokady centralnej dla kół – funkcja ta jest bezpieczniejsza dla obsługi.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment nóg wyposażony jest w tapicerowany, regulowany podnóżek, który reguluje się z wykorzystaniem systemu zaciskowego?

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza z uwagi na bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 14.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, wyposażony w duże, wygodne, tapicerowane podłokietniki, odwodzone od fotela i demontowalne bez użycia narzędzi, co znacznie ułatwia transport przez przejścia szpitalne? Posiadają także możliwość odchylenia do wysokości oparcia placów, w celu łatwiejszego zajęcia miejsca przez pacjenta.

Podłokietniki zaprojektowane tak, że stale utrzymują się w poziomie, niezależnie od pochylenia oparcia pleców. Wyposażone w miejsce do zawieszenia pilota.

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza, z uwagi na zbyt wąski zakres regulacji.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, bez specjalnego uchwyty do prowadzenia? Konstrukcja fotela jest na tyle masywna i wytrzymała, że śmiało można prowadzić fotel trzymając go za oparcie pleców. Ponadto z zebranego przez nas na przestrzeni lat doświadczenia wynika, że fotele do chemioterapii są z reguły wykorzystywane stacjonarnie – sytuacje przetaczania fotela są sporadyczne.

Odpowiedź: NIE, zamawiający nie dopuszcza, wymaga uchwyty ze względu na łatwe i szybkie przemieszczenie fotela.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu 2. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, w standardzie wyposażony w dodatkową poduszkę oparcia pleców z regulacją położenia? Bez możliwości rozbudowy o

lampkę, natomiast z możliwością rozbudowy o zintegrowany z fotelem, regulowany stolik do posiłków / czytania / pisania?

Odpowiedź: TAK.

 PYTANIE - **Pakiet 2** – fotel do podawania chemii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela o parametrach:

Wieszak na papier

o

System kółek jezdnych

•

Maksymalne obciążenie

180 kg

Masa własna

110 kg

Regulacja kąta podnóżka

-40° - 8°

Regulacja kąta oparcia

0° - 74°

Pozycja anty-Trendelenburga

-7° - 0°

Pozycja Trendelenburga

0° - 15°

Wysokość

56-84

Szerokość

65/100 cm

Długość

200 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie przyjmuje pytania złożonego w takiej formie, ponieważ stanowi propozycje zaoferowania konkretnego urządzenia, a nie dopuszczenie innych zakresów technicznych.

Zamawiający w SIWZ dokładnie określił wymagane parametry i ich zakresy.

Prosimy zatem – tak zadać pytanie – aby odnosiło się do poszczególnej pozycji wymagań technicznych - konkretnego parametru technicznego - z propozycją zmiany w tym parametrze.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna