

Poznań, dnia 2016-07-22
EZ/350/57/2016/____1120____

**Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy : Zakup i dostawa urządzeń medycznych [przetarg nieograniczony 350/57/2016].

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż:

UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 9 –Podnośnik Pacjenta 3 sztuki

1. Czy zamawiający dopuści podnośnik o regulacja szerokości podstawy w zakresie 550 – 920 mm?
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się podnośnika z regulacją w zakresie 550-920. Uzasadnienie: Przy rozstawie poniżej 1100mm nie ma możliwości podjechania z urządzeniem wystarczająco blisko pacjenta w niektórych pomieszczeniach.
2. Czy zamawiający dopuści podnośnik o długości 111 cm?
ODPOWIEDŹ: TAK. Dopuszcza się długość podstawy 111cm
3. Czy zamawiający dopuści podnośnik o wysokości podstawy 12 cm?
ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza się podnośnika o wysokości podstawy 12cm. Uzasadnienie : Podstawa musi mieć mniej niż 10cm wysokości z uwagi na nisko zawieszony niektóre łóżka lub osprzęt na nim zamocowany.
4. Czy zamawiający dopuści podnośnik o wadze 50 kg?
ODPOWIEDŹ: TAK. Dopuszcza się wagę 50kg
5. Czy zamawiający dopuści podnośnik ze stali malowanej proszkowo?
ODPOWIEDŹ: TAK. Dopuszcza się podnośniki malowane proszkowo.
6. Czy zamawiający dopuści podnośnik o mocy siłownika 7500 N?
ODPOWIEDŹ: TAK. Dopuszcza się podnośniki z siłownikami o moce 7500N

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna