

Poznań, dnia 2016-07-26
EZ/350/57/2016/___1133___

**Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne**

Dotyczy : Zakup i dostawa urządzeń medycznych [przetarg nieograniczony 350/57/2016].

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż:

UDZIELA ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie – Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny renomowanej niemieckiej firmy o następujących parametrach technicznych:

- Optyka cystoskopowa, długość 307 mm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w:
 - system soczewek wałeczkowych Panoview,
 - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania,
 - **Płaszcz cysto-ureteroskopowy o średnicy 21 Fr. wraz z dedykowanym do niego obturatorem. Rozbieralne kraniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste w demontażu nie wymagane żadne dodatkowe narzędzie do ich wymiany.**
 - Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 2. kanałami prowadzącymi do instrumentów. Możliwość zastosowania instrumentów o średnicy 1 x 10 Fr lub 2 x 6 Fr
 - Cystoskopowe optyczne kleszcze chwytające, dedykowane przez producenta do usuwania cewników / stentów z moczowodu. Kleszczyki chwytające, optyczne, obie bransze ruchome, współpracujące z oferowanym płaszczem cysto- ureteroskopowym.

lub

- Optyka cystoskopowa, długość 307 mm, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w:
 - system soczewek wałeczkowych Panoview,
 - szkiełko szafirowe w okularze odporne na zarysowania
 - **Płaszcz cysto-ureteroskopowy o średnicy 19,5 Fr. wraz z dedykowanym do niego obturatorem . Rozbieralne kraniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste w demontażu nie wymagane żadne dodatkowe narzędzie do ich wymiany**
 - Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 2. kanałami prowadzącymi do instrumentów. Możliwość zastosowania instrumentów o średnicy 1 x 10 Fr lub 2 x 6 Fr
 - Cystoskopowe optyczne kleszcze chwytające, dedykowane przez producenta do usuwania cewników / stentów z moczowodu. Kleszczyki chwytające, optyczne, obie bransze ruchome, współpracujące z oferowanym płaszczem cysto- ureteroskopowym
- Należy zauważyć iż oferowany zestaw jest w pełni równoważny do opisanego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu zaproponowanego w pytaniu. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania techniczne jak w siwz.

Kraniki proponowane są z tworzywa sztucznego, a wymaganie w specyfikacji określa jako metalowe.

Z poważaniem,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna