



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 852 19 48
dyrektor 885 07 00, 852 93 75

Poznań, dnia 2008-11-05

EZ/...6490/2008

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich Wykonawców postępowania o zamówienie publiczne**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 114/2008 podłoża do badania jałowości leku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

PYTANIE:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na podłoże tioglikolanowe płynne z rezazuryną z minimalnym terminem ważności 7 miesięcy?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu gwarancji oferowanych produktów na minimum wyznaczone w Specyfikacji. Oferowany termin ważności został wpisany zgodnie z zaleceniami producent.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę na minimalny 7 miesięczny termin ważności produktu. Oferowany termin ważności będzie ujęty w podpisywanej umowie.

PYTANIE:

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy §7 ust. 1. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia? – Przedmiotem zamówienia są odczynniki, a nie sprzęt. System księgowania Wykonawcy wystawia fakturę z chwilą przygotowania przesyłki zawierającą towar dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonuje zmiany w § 7 ust. 1 projektu umowy w ten sposób, iż zastępuje zwrot „zamawianego sprzętu” słowami „dostarczonej partii przedmiotu zamówienia”.

PYTANIE:

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy §6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych według

następujących zasad, tj. w przypadku:

- a) pierwszego opóźnienia w dostawie wysokość kar umownych stanowić będzie 0,2 % niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
- b) drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego opóźnienia wysokość kar umownych stanowić będzie 0,5% niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
- c) nieuzasadnionego zerwania umowy, wysokość kar umownych stanowić będzie 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy, o której mowa w § 4 umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 projektu umowy.

Niemniej, Zamawiający podkreśla, iż określona w § 6 projektu umowy – kary umowne, stosowanie do dyspozycji art. 484 k.c. przewidziane są jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania.

Zatem w przypadku właściwego realizowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy zastosowanie instytucji kary umownej ma charakter jedynie hipotetyczny.

Zamawiany w ramach postępowania przetargowego nr 114/2008 podłoża mają istotne znaczenie dla funkcjonowania szpitala. Stąd też nieterminowe dostawy przedmiotu zamówienia mogą utrudnić proces leczenia pacjentów, a tym samym stanowić poważne zagrożenie dla realizacji celów statutowych szpitala.

Ponadto, w przypadku nieterminowych dostaw – Szpital (Zamawiający) staje przed dylematem, czy cierpliwie znosić opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, czy ewentualnie odstąpić od umowy i dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

W tym drugim przypadku Zamawiający będzie zmuszony uruchomić kolejne postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, co wymaga spełnienia określonych rygorów formalnych i czasowych oraz spowoduje, iż Zamawiający będzie ponosił kolejne koszty, których już nie uwzględnia Wykonawca.

Z tych względów Zamawiający postanowił utrzymać w dotychczasowym brzmieniu postanowienia § 6 projektu umowy.

PYTANIE:

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy § 10
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych, zawinionych przez Wykonawcę, powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy?
 2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy, zawinione przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść § 10 projektu umowy, w ten sposób, iż nadaje przedmiotowemu paragrafowi następujące brzmienie:

§ 10

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji umowy.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją umowy.
3. Przez pojęcie „realizacja umowy”, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 umowy, należy rozumieć sprzedaż i logistyczny proces dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

PYTANIE:

5. Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym / produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury

w sytuacji gdy:

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego
- nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego
- zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż w trakcie trwania umowy nie może być dostarczane podłoże inne niż trioglikolanowe (tzn. takie które występuje w przetargu);


- nie wyraża się zgody na zmianę nr katalogowego,

- nie dopuszcza się dostarczania produktu zamiennego.
- nie dopuszcza się innego konfekcjonowania niż w butelkach
- dopuszcza się opakowania nie większe niż zawierające do 20 szt. butelek
- w specyfikacji nie ma mowy o żadnej aparaturze

PYTANIE:

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w butelkach innych niż odkręcane zabezpieczonych gumowym korkiem i metalowym kapslem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza inne zamknięcie niż zakręcane aczkolwiek wg zamawiającego najbardziej praktycznym jest zamknięcie zakręcane.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna