

Poznań, dnia 13.09.2016
EZ/350/68/2016/1279

Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 68/2016 Zakup i dostawa mammografów cyfrowych

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kompaktowego rekuperatora w pomieszczeniu mammografu w celu zapewnienia 1,5 krotnej wymiany powietrza ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 20.09.2016r. do godz. 09.00

Otwarcie ofert w dniu 20.09.2016r. o godz. 10.00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna