

Poznań, dnia 21.10.2016  
EZ/350/74/2016/1364

**Wg rozdzielnika:**

**do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.  
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 74/2016 Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie  
akceleratora niskoenergetycznego wraz z przeszkoleniem pracowników zamawiającego  
oraz adaptacją pomieszczeń pracowni wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi,  
demontaż i utylizacja dotychczasowego urządzenia.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

**1. Dotyczy: SIWZ Załącznik nr 5, „umowa” § 3 ust. 10 w związku z § 3 ust. 1 tiret pierwszy w zakresie definicji „Urządzenia”**

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi nr 6, gdzie wyjaśniono, iż definicję Urządzenia stanowi całość przedmiotu zamówienia (tj. akcelerator wraz z przeszkoleniem, adaptacja pomieszczeń, pracami projektowymi, demontażem i utylizacją dotychczasowego urządzenia) prosimy o zmianę brzmienia § 3 ust 10 na następujące:

„10. Po dokonaniu prawidłowej dostawy aparatu strony podpiszą protokół odbioru dostawy.”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapis w projekcie umowy.

**2. Dotyczy: SIWZ Załącznik nr 5, „umowa” § 3 ust. 10 w związku z § 3 ust. 1 tiret pierwszy w zakresie definicji „Urządzenia”**

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6, gdzie wyjaśniono, iż definicję Urządzenia stanowi całość przedmiotu zamówienia (tj. akcelerator wraz z przeszkoleniem, adaptacja pomieszczeń, pracami projektowymi, demontażem i utylizacją dotychczasowego urządzenia) prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisów umowy. W miejscach, gdzie jest mowa o samym dostarczonym aparacie prosimy o użycie słowa urządzenie z małej litery (§ 1 ust. 1 lit. b), c) d), § 3 ust. 2-10d, § 3 ust. 12-15, § 3 ust. 17). Natomiast w miejscach, gdzie jest mowa o całym przedmiocie zamówienia objętym zdefiniowanym pojęciem Urządzenia prosimy o użycie słowa Urządzenie z wielkiej litery (§ 3 ust.1 tiret pierwszy, § 3 ust. 18).

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapis w projekcie umowy.

**3. Dotyczy: SIWZ Załącznik nr 5, „umowa” § 3 ust. 16 lit. b).**

W odniesieniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 14, oraz zmianą punktu Załącznika nr 5 „umowa” na poniższy :

„W okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglądy gwarancyjne w ilości oraz zakresie zgodnym z wymaganiami producenta. Koszt wykonania przeglądów gwarancyjnych wliczony w cenę oferty. Termin wykonania przeglądów gwarancyjnych zostanie każdorazowo ustalony pomiędzy stronami. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane od soboty do niedzieli.”

W związku z koniecznością zakończenia przeglądu gwarancyjnego poprzez przeprowadzenie pomiarów wykonywanych przez pracownika Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego oraz wymaganej obecności podczas ich realizacji inżyniera serwisu Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego udziału pracownika Zakładu Fizyki Medycznej Zamawiającego podczas końcowych procedur przeglądów gwarancyjnych mogących przypadać w sobotę lub niedzielę. Termin zakończenia przeglądu zależy jest od określonej przez producenta specyfikacji danego przeglądu oraz zakładanej ilości godzin roboczych wymaganych do jego zakończenia.

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie zmienia się zapis dotyczący dni wykonania przeglądu na „sobota do poniedziałku”.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,  
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna