

Poznań, dnia 17.11.2008 r.

EZ/...6673...../2008

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne

dotyczy: przetargu nieograniczonego 116/2008 MEBLE I URZĄDZENIA MEDYCZNE.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż Zamawiający dokonuje korekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na tym, iż skreśla się istniejący opis pakietu nr 5. Prawidłowy i obowiązujący opis pakietu nr 5 przedstawia się następująco:

PAKIET NR 5

1. Szafka wisząca wykonana ze stali kwasoodpornej z pojedynczymi szklanymi drzwiami /wewnątrz haczyk przeznaczony do zawieszenia jednego endoskopu o długości 80 cm/ wszystkie krawędzie zaokrąglone , bezpieczne. Szafka zamykana na klucz – zamek patentowy, szafka posiadająca otwory wentylacyjne.
Wymiary szafki: wys. 110 cm, szer.30, głęb. 30 cm
Szt. 1

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna