

Poznań, dnia 19.11.2008 r.  
EZ/...6782...../2008

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne**

dotyczy: przetargu nieograniczonego 116/2008 MEBLE I URZĄDZENIA MEDYCZNE.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły kolejne zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.

**PYTANIA:**

**Pytania:** dotyczące zadania nr 4 SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 199 x 85 x 15,5 cm?
2. Czy Zamawiający oczekuje dostawy materaca piankowego, przewencyjnego, przeciwoleżynowego?
3. Czy, w związku z wymogiem dostawy materaca z pokrowcem wykonanym z materiału nieprzemakalnego dla wydaliny i wydzielin, Zamawiający wymaga by materac był zabezpieczony we wszystkich punktach złączeń przed przenikaniem płynów, tzn. posiadał co najmniej zgrzewane krawędzie lub ze szwem podklejonym?
4. Czy Zamawiający oczekuje dostawy materaca z zachowaniem norm niepalności?

**ODPOWIEDZI:**

Ad:

1. Zamawiający dopuszcza materac tylko o proponowanej długości 199 cm, natomiast materac o szer. 85 cm jest materacem zbyt wąskim, a materac o wys. 15,5 cm jest materacem zbyt wysokim.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca piankowego, przewencyjnego, przeciwoleżynowego, ale nie wymaga.
3. Zamawiający wymaga zaoferowania materaca z pokrowcem wykonanym z materiału nieprzemakalnego dla wydaliny i wydzielin, ale dopuszcza a nie wymaga przedstawienie w ofercie materaca zabezpieczonego we wszystkich punktach złączeń przed przenikaniem płynów, tzn. posiadającego co najmniej zgrzewane krawędzie lub ze szwem podklejonym?

Z poważaniem,  
Z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna