

Poznań, dn. 03.04.2017r  
EZ/350/14/2017/ 299

Do wykonawców zainteresowanych  
udziałem w przetargu

**Dotyczy postępowania nr 350/14/2017**

Wielkopolskie centrum Onkologii informuje, że wpłynęły pytania do ww przetargu na które zostały udzielone odpowiedzi:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Usługi serwisowe dla systemu gamma kamery Quantum Cam (DDD)”” proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie:

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację punktu Załącznika 5B, polegającej na zmianie częstotliwości wykonywanych czynności serwisowych Gammakamery z „co 3 miesiące” na „co 6 miesięcy”

**Odp.** Tak.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Z poważaniem  
Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

dr n. med. J. Jerzy Mazurek