

Poznań, dn. 23.06.2017r  
EZ/350/33/2017/492

Wg rozdzielnika

**Dotyczy : przetargu nr 350/33/2017**

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, iż na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 27 w piśmie WCO nr EZ/33/2017/479 z dnia 13.06.2017r :

**Było:**

24)Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o parametrach (min. nieprzemakalność, wytrzymałość na wypychanie) zgodnymi z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795?

**Odp.** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**JEST:**

24)Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o parametrach (min. nieprzemakalność, wytrzymałość na wypychanie) zgodnymi z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795?

**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza proponowanych fartuchów, ponieważ mają zbyt małą wytrzymałość na wypychanie/rozerwanie/ w strefie krytycznej – norma PN EN 13795 sucho/mokro  $\geq 40$  kPa oraz zbyt małą nieprzemakalność  $\geq 20$ cm H<sub>2</sub>O, natomiast Zamawiający wymaga fartuchów bardziej wytrzymałych na wypychanie/rozerwanie/ – min. 150/145 kPa, w przypadku zabiegów z użyciem większej ilości płynów (nieprzemakalność min. 40 cm H<sub>2</sub>O). Pozostałe parametry nieujęte szczegółowo w SIWZ muszą być zgodne z w/w normą.

Z poważaniem

Z –ca Dyrektora ds. lecznictwa

Dr n. med. J. Jerzy Mazurek