

Poznań, dnia 2017-07-20

EZ/350/38/2017 /...536.....

Wg rozdzielnika - do wszystkich zainteresowanych postepowaniem o zamówienie publiczne.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego *Zakup i dostawa odczynników [350/38/2017]*

Odpowiedzi na pytania.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na które udzielmy odpowiedzi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2

1. Poz 37 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów fabrycznie nowych?

Odp. TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatów fabrycznie nowych.

Pakiet nr 1

2. Poz 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby nowe aparaty zostały dostarczone w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, przy zapewnieniu do tego czasu ciągłości wykonywania barwień na sprzęcie używanym, który obecnie znajduje się u Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, Wykonawca może dostarczyć używane aparaty do czasu wstawienia nowych jednak nie później niż do 31.01.2018 r.

Zaproponowany Zamawiającemu aparat używany musi być sprawny i objęty gwarancją serwisową.

3. Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga żeby aparaty umożliwiały wykonanie barwień immunohistochemicznych od etapu odparafinowywania do etapu wybarwienia jąder komórkowych hematoksyliną na pokładzie 1 aparatu?

Odp. Zamawiający wymaga, żeby aparaty umożliwiały wykonanie barwień immunohistochemicznych od etapu odparafinowywania do etapu wybarwienia jąder komórkowych hematoksyliną na pokładzie każdego aparatu dostarczonego przez Wykonawcę.

4. Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści przeciwciała RTU na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania, pochodzące od dwóch producentów kompatybilne z jednym systemem wizualizacji ?

Odp. Zamawiający dopuści przeciwciała RTU na min. 50 oznaczeń z jednego opakowania, pochodzące od dwóch producentów pod warunkiem, że są kompatybilne z tym samym systemem wizualizacji.

5. Poz 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na roczny przegląd techniczny, wykonany przez certyfikowany serwis zewnętrzny?

Odp. Zamawiający zgadza się na roczny przegląd techniczny wykonywany przez certyfikowany serwis zewnętrzny - z zachowaniem obowiązku serwisowania po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi serwisowej i innych czynności wymaganych przy obsłudze aparatu w ramach umowy dzierżawy.

6. Poz 31 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, jakiej ilości próbek wymaga podczas trwania całego kontraktu?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia (bezpłatnie) próbki przeciwciał oraz niezbędnych dodatkowych reagentów (bezpłatnie), aby można opracować metodę barwienia lub w przypadku nowych wprowadzonych na rynek immunoreagentów. Ilość próbek będzie uzależniona od ilości markerów i czasu, który będzie niezbędny do opracowania metody na aparatach.

7. Poz 32 Czy Zamawiający zgodzi się na wysyłanie zamówień drogą elektroniczną na formularzu przygotowanym przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający zgadza się na wysyłanie zamówień drogą elektroniczną na formularzu przygotowanym przez Wykonawcę.

8. Poz 35 Czy Zamawiający pozwoli na usuwanie wad i usterek w ciągu 48 godzin roboczych? Czy w przypadku awarii urządzenia Zamawiający zgodzi się na dostarczenia aparatu o nie gorszych

parametrach w terminie do 5 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu wady lub awarii aparatu lub umożliwi wybarwienie preparatów w innym ośrodku na koszt Wykonawcy?

Odp. Zamawiający zgadza się na usuwanie wad i usterek w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku awarii urządzenia Zamawiający zgadza się na dostarczenia aparatu o nie gorszych parametrach w terminie do 5 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o wystąpieniu wady lub awarii aparatu lub Wykonawca umożliwi wybarwienie preparatów w innym ośrodku na swój koszt.

9. Poz 40 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim oraz instrukcję użytkownika w języku polskim (w formie papierowanej i na nośniku elektronicznym)?

Odp. Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielski pod warunkiem przygotowania materiałów w języku polskim w sposób umożliwiający pełny bezproblemowy odczyt pracy wykonywanej na aparacie.

Parametry oceniane

10. Poz 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wybarwienia 10 preparatów z wymienionymi przeciwciałami, z uwagi na fakt, iż Zamawiający posiada już zwalidowane protokoły na takie barwienia w wymaganym systemie ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wybarwienia 10 preparatów z wymienionymi przeciwciałami, ponieważ ocena wybarwionych preparatów stanowi podstawę do laboratoryjnej oceny przydatności odczynników Wykonawcy w laboratorium.

Zal nr 2 Formularz cenowy.

Pakiet nr 1

11. Czy Zamawiający pozwoli na dodanie wierszy od pozycji 69 formularza cenowego pozwalające na wykazanie numerów katalogowych, nazw, wielkości i ilości opakowań oraz ceny poszczególnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohistochemicznych?

Odp. Tak od poz. 69 Wykonawca może dodać odpowiednia ilość wierszy – nr 69a, 69b, 69c itd

Dot.: Załącznik nr 5 do SIWZ

Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnego” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odp. Nie, Zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w umowie.

Par. 5 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 24 godzin na 48 godzin w dni robocze?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie 48 na usunięcie wad i usterek – ale nie wymaga.

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga, aby termin płatności był liczony [jak wskazuje siwz] 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Par. 8 ust. 1 b) - c) Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony Zamawiającego.

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu – w paragrafie 8 pkt 8. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odp. Nie, Zamawiający nie widzi konieczności dokonywania zmian w umowie.

1. Dot. pakiet 2 formularz cenowy:

W załączniku nr 3 w poz. 13 Zamawiający określił wymóg zaoferowania przeciwciał w opakowaniach na minimum 50 oznaczeń. Jednocześnie w tabeli cenowej (zał. nr 2 do SIWZ) Zamawiający poprzez wpisanie do tabeli narzucił wymaganą ilość opakowań w oparciu o wielkość opakowania 50 oznaczeń. Prosimy o podanie wymaganej przez Zamawiającego ilości testów dla poszczególnych pozycji przeciwciał, oraz umożliwienie zaoferowania ilości opakowań takiej aby pokrywała zapotrzebowanie na wymaganą ilość testów w oparciu o faktycznie oferowaną wielkość opakowania. Pozwoli to firmom oferującym przeciwciała o innej objętości na złożenie porównywalnej oferty z zastrzeżeniem wymogu zaoferowania co najmniej 1 opakowania na każdy rok trwania umowy. Pozostawienie tabeli w obecnym kształcie oznaczałoby nierówne traktowanie wykonawców.

Odp. Zamawiający wymaga taką liczbę opakowań, aby z jednego opakowania można wykonać minimum 50 oznaczeń.

W załączeniu zmieniona tabela – formularz cenowy dla pakietu 2.

Tabela zmieniona – ilość testów dla poszczególnych pozycji przeciwciał na 3 lata.

2. Dot. pakiet 2 formularz cenowy, poz. 119:

Prosimy o modyfikację zapisu na „ Wszystkie pozostałe odczynniki nie wymienione w poz. powyżej, będące dostępne w ofercie wykonawcy aktualnej na dzień składania zamówienia i taryfikowane według aktualnego cennika wykonawcy”.

Odp. Wszystkie odczynniki, które obecnie nie są na liście powyżej a Zamawiający będzie potrzebował w czasie trwania przetargu.

3. Dot. pakiet nr 2, zał. nr 3 , poz. 3:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: „System do barwień immunohistochemicznych i IHS **może** zawierać nie mniej niż 3 aparaty do barwień immunohistochemicznych wraz z osprzętem.”

Zapis w obecnej formie sugeruje, że może ale nie musi, co podważa sens stawiania wymogu.

Odp. Zamawiający wymaga aby System do barwień immunohistochemicznych i ISH zawierał minimum 3 aparaty.

4. Dot. pakiet nr 2, zał. nr 3 , poz. 17:

Czy pisząc o liście B Zamawiający ma na myśli przeciwciało Fascyna? Tabela B dotyczy wyceny dzierżawy.

Odp. Zamawiający FASCIN umieścić w poz.112. – lista immunoreagentów /przeciwciał/ do badań naukowych.

Dotyczy SIWZ, III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności odczynników 150 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na minimalny termin ważności odczynników 150 dni.

ZMIANA SIWZ

Uwaga - jeśli w specyfikacji [w formularzu cenowym] występuje pomyłkowo zapis 48 m-cy [jako termin realizacji] to UWAGA! **winno być 36-mcy.**

Na stronie internetowej zamawiający umieści poprawione formularze cenowe.

ZMIANA SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach terminu płatności - jest 30 dni winno być 60 dni

Zatem poprawia się zapis :

§ 7. Umowy Warunki płatności

1. Zapłata za zamówione i dostarczone Przedmioty umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za zrealizowane zamówienie jednostkowe, po spełnieniu warunków, których mowa w § 2-4 niniejszej umowy, w terminie ~~30 dni~~ **60 dni** od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Formularz ofertowy pkt

9. Akceptujemy warunki płatności. **Termin zapłaty** – przelew w ciągu ~~30 dni~~ **60 dni** - licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
-

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający dokonuje zmian w terminach postępowania.

Ustala się:

- Termin składania ofert do dnia 21-08-2017 do godz. 9,00
- Termin otwarcia ofert w dniu 21-08-2017 o godz.10,00

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Załącznik - zmieniona tabela – formularz cenowy dla pakietu 2. [zgodnie z odp. na pytanie na str 5]

Pakiet 2.

Lista odczynników wraz z immunoreagentami /przeciwciała/, sondy i akcesoria niezbędne do wykonania barwień immunohistochemicznych i ISH w okresie 3 lat dla Pracowni Immunohistochemii Zakładu Patologii Nowotworów WCO:

A. Lista immunoreagentów /przeciwciał/ do badań diagnostycznych i naukowych

L.p.	Opis produktu	Nr katalog	Liczba testów na 3 lata	Liczba op. na 3 lata min. 50/w op.	Ilość testów z jednego opakowania	Wartość jednostkowa netto	Wartość VAT %	Wartość jednostkowa brutto	Wartość netto na 3 lata	Wartość brutto na 3 lata
1.	ALPHA-1-ANTITRIPSIN		750							
2.	ALPHA-1-FETOPROTEIN		1500							
3.	AMACR, Clone13H4		750							
4.	ANDROGEN RECEPTOR, AR441		750							
5.	Bcl-2 ONCOPROTEIN, 124		750							

6.	Bcl6, PG-B6p		750							
7.	CA 125, M11		750							
8.	CA 19.9, 116-NS-19-9		750							
9.	CALCITONIN		750							
10.	CALDESMON, h-CD		750							
11.	CALPONIN, CLONE CALP		750							
12.	CALRETININ, DAK-Calret 1		750							
13.	CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN, II-7		750							
14.	CD10, 56C6		750							
15.	CD117, C-KIT		750							
16.	CD15,Carb-3		750							
17.	CD19, LE-CD19		750							
18.	CD1A, CLONE O10		750							
19.	CD20cy, L26		1350							

20.	CD21, 1F8		750							
21.	CD23, DAK-23		1500							
22.	CD235a, GLYCOPHORIN A, JC159		750							
23.	CD246, ALK PROTEIN, ALK1		750							
24.	CD3		1350							
25.	CD30, Ber-H2		750							
26.	CD31, JC70A		750							
27.	CD34 II, QBEnd 10		750							
28.	CD35, Ber-MAC-DRC		750							
29.	CD4, 4B12		750							
30.	CD43, DF-T1		750							
31.	CD45, LEUCOCYTE COMMON AG, 2B11+PD7/26		750							
32.	CD5, 4C7		750							

33.	CD56, 123C3		750							
34.	CD57, TB01		750							
35.	CD61, Y2/51		750							
36.	CD68, PG-M1		750							
37.	CD7, CBC.37		750							
38.	CD79a, JCB117		750							
39.	CD8, C8/144B		750							
40.	CD99, MIC2 GENE PRODUCTS, 12E7		750							
41.	CHORIONIC GONADOTROPIN		750							
42.	CHROMOGRANIN		1500							
43.	COLLAGEN IV, CIV 22		750							
44.	CYTOKERATIN 10/13, DE-K13		750							
45.	CYTOKERATIN 17, E3		750							

46.	CYTOKERATIN 18, DC10		750							
47.	CYTOKERATIN 19, RCK108		750							
48.	CYTOKERATIN 20, Ks20.8		750							
49.	CYTOKERATIN 5/6, D5/16B4		1050							
50.	CYTOKERATIN 7, OV-TL 12/30		750							
51.	CYTOKERATIN 8/18, EP17/EP30		1500							
52.	CYTOKERATIN, AE1/AE3		3000							
53.	CYTOKERATIN, High Mol. Weight, 34betaE12		1500							
54.	CYTOKERATIN, MNF116		750							
55.	CYTOMEGALOVIRUS, CCH2+DDG9		750							
56.	DESMIN, D33		750							

57.	EBV, LMP, CS 1-4		750							
58.	E-CADHERIN, NCH-38		1500							
59.	EMA, E29		750							
60.	EPITHELIAL AG, Ber-EP4		750							
61.	ERCC1, 4F9		750							
62.	ESTROGEN RECEPTOR alfa, EP1		6000							
63.	GFAP, 6F2		750							
64.	GRANZYME B, GrB-7		750							
65.	HEPATOCYTE, OCH1E5		1500							
66.	HLA-DR ANTIGEN, TAL.1B5		750							
67.	IgA, poliklonalne		750							
68.	IgG, poliklonalne		750							
69.	IgM, poliklonalne		750							
70.	INHIBIN, R1		750							

71.	KAPPA LIGHT CHAINS, poliklonalne		1500							
72.	Ki-67 ANTIGEN, MIB-1		1800							
73.	LAMBDA LIGHT CHAINS, poliklonalne		1500							
74.	LEUK.HAIRY CELL,DBA.44		750							
75.	LYSOZYME		750							
76.	MACROPHAGE, CD68, KP1		750							
77.	MAMMAGLOBIN, 304- 1A5		750							
78.	MELAN-A, A103		1500							
79.	MELANOSOME, HMB-45		750							
80.	MESOTHEL. CELL, HBME-1		750							
81.	MULT PROTEIN HOMOLOG1, ES05		750							

82.	MUM1 PROTEIN, MUM1p		750							
83.	MUSCLE ACTIN, HHF35		750							
84.	MutS Protein Homolog 2, FE11		750							
85.	MutS Protein Homolog 6, EP49		750							
86.	MYELOPEROXIDASE		750							
87.	MYO D1, 5.8A		750							
88.	MYOGENIN, F5D		750							
89.	MYOSIN HEAVY CHAIN, SMMS-1		750							
90.	NEUROFILAMENT PROTEIN, 2F11		750							
91.	NSE, BBS/NC/VI-H14		750							
92.	p27 (KIP1), SX53G8		750							
93.	p53 PROTEIN, DO-7		750							

94.	P63, DAK-p63		1800							
95.	PLAP, 8A9		750							
96.	PLASMA CELL MARKER, VS38c		750							
97.	PODOPLANIN, D2-40		750							
98.	PROGESTERONE RECEPTOR		6000							
99.	PROSTATIC ACID PHOSPHATASE, PASE/4LJ		750							
100.	PROSTEIN, 10E3		750							
101.	PSA		750							
102.	PTEN, 6H2.1		750							
103.	S100		750							
104.	SMOOTH MUSCLE ACTIN, 1A4		750							
105.	TDT		750							

106.	THROMBOMODULIN, CLONE 1009		750							
107.	THYROGLOBULIN		1500							
108.	VIMENTIN, V9		750							
109.	VON WILLEBRAND FACTOR		750							
110.	WT1 PROTEIN, 6F-H2		750							
111.	ZAP-70, 2F3.2		750							
Razem [poz. 1-111]										
Lista immunoreagentów /przeciwciał/ do badań naukowych										
112.	FASCIN		150							
Razem [poz. 112]										
Sondy do metody FISH (metoda automatyczna)										
	Opis produktu	Nr katalog	Liczba testów na 3 lata	Liczba op. .na 3 lata	Ilość testów z jednego opakowani a	Wartość jednostkowa netto	Warto ść VAT %	Wartość jednostkowa brutto	Wartość netto na 3 lata	Wartość brutto na 3 lata

113.	SS18		150							
114.	IGH/MYC		150							
115.	BCL6		150							
116.	CCND1		150							
Razem [poz. 113-116]										
Odczynniki i akcesoria do badań diagnostycznych i naukowych, które są niezbędne do wykonania 108.000 barwień immunohistochemicznych i 600 barwień FISH.										
	Opis produktu	Nr katalog	Liczba testów na 3 lata	Liczba op. .na 3 lata	Ilość testów z jednego opakowania	Wartość jednostkowa netto	Wartość VAT %	Wartość jednostkowa brutto	Wartość netto na 3 lata	Wartość brutto na 3 lata
117.	Zestaw wizualizacyjny do barwień immunohistochemicznych		108.000							
118.	Zestaw do metody FISH metodą automatyczną		600							
Razem [poz.117 – 118]										

119.	Wszystkie pozostałe odczynniki nie wymienione w poz. powyżej taryfikowane według aktualnego cennika Wykonawcy. Kwotę pozycji wyznacza się jako 20% sumy cen całkowitych w poz powyżej									
								Razem [poz. 119]		
								Razem wszystkie		

B. Cena dzierżawy systemu do barwień immunohistochemicznych I hybrydyzacji in situ (w cenę dzierżawy wliczona jest taśma i naklejki na wykonanie badań ok. 130.000 badań w ramach dzierżawy)

l.p.	Przedmiot zamówienia	Okres na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy	Czynsz dzierżawny					
			Wartości netto / 1 miesiąc w zł.	Wartości brutto/ 1 miesiąc w zł.	Podatek VAT %	Łączna wartość netto / 36 miesięcy w zł.	Podatek VAT %	Łączna wartość brutto/ 36 miesięcy w zł.
1	Dzierżawa	3 lata						

 <i>Model/typ</i> <i>Producent/kraj</i> <i>pochożenia.....</i>	(36 miesiący)						
2								
RAZEM								

A. Cena usług odbioru, transportu i utylizacji substancji szkodliwych.

l.p	Przedmiot zamówienia	Okres na jaki zostanie zawarta umowa	Wartości netto / 1 miesiąc w zł.	Wartości brutto/ 1 miesiąc w zł.	Podatek VAT %	Łączna wartość netto / 36 miesięcy w zł.	Podatek VAT %	Łączna wartość brutto/ 36 miesięcy w zł.
1		3 lata						

		(36 miesiący)						
2								
RAZEM								

Wartość całkowita pakietu:

A+B+C =netto słownie

.....brutto zł. słownie

....., dn.

(miejscowość)

.....

Podpisy wykonawcy osób upoważnionych

UWAGA – dla pakietów 1, 2 :

Niedopuszczalne jest określanie przez Wykonawców cen poprzez wskazanie 0,00 zł.

Zamawiający podaje szacunkowo liczbę odczynników, jednakże liczba badań dla poszczególnych pozycji może ulec zmianie w czasie trwania umowy – zależy to od liczby i rodzaju badań immunohistochemicznych, ale przy zachowaniu liczby ogólnej. Podanie szacunkowej ilości tylko wstępnie obrazuje założenia wykonania badań, nie jest wiążąca i nie będzie stanowiła zobowiązania do zakupu wskazanej ilości .

Zamawiający zastrzega, że szacunek ilościowy przedmiotu zamówienia został określony wyłącznie w celu oszacowania łącznej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową.

Zamawiający zastrzega, iż liczba zamawianego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb, jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką Wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia/pakietu w ofercie.