

Poznań, dn. 31.07.2017r  
350/48/2017/552

Wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu 350/48/2017

Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje, iż wpłynęły pytania do ww przetargu na które zostały udzielone odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd zgodny z SIWZ, o długości 110cm, umożliwiający oczyszczanie kanałów o średnicy 1,0 – 1,2 mm?

**Odp.** Tak, dopuści przyrząd o tych wymiarach.

2. **Dotyczy pakietu numer 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie produkt typu Thermosept X-tra , alkaliczny preparat do maszynowego mycia. PH>10 roztworu roboczego. Zawierający w swoim składzie : 5-15% anionowe substancje powierzchniowo czynne, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, polikarboksylant, enzymy? Opakowanie 5l.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuści.

3. **Dotyczy pakietu numer 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie produkt typu Thermosept ED do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia narzędzi oraz wyrobów medycznych. Zawierający w swoim składzie: 20 g aldehydu glutarowego. Skuteczność 1% w temperaturze 50-60°C oraz w czasie oddziaływania 5 minut jest skuteczny wobec: bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty? Opakowanie 5l.

**Odp.** Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia wymogów siwz dotyczących działania bójczego na wirusy i spory.

4. **Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny słabo alkaliczny preparat do maszynowego mycia na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów (koncentrat w płynie nie zawiera krzemianów) i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów. PH koncentratu ok. 11 w 20 °C . Opakowanie 5L.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza.

5. **Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci koncentratu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju. Produkt polecany szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopów i oprzyrządowana anestetyczna. Skład: 100g preparatu zawiera: 20g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Skuteczność mikrobiologiczna w temperaturze do 60°C w czasie do 5 minut na B, (łącznie z Tbc), F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Vaccinia), S(CLOSTRIDIUM DIFFICILE), jaj glisty. Dozowanie 10 ml/l. Opakowanie 5L

**Odp.** Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia wymogów siwz dotyczących działania bójczego w zakresie opisanego spektrum.

#### 6. Zapisy siwz.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp.** W zakresie składania oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej obowiązują przepisy ustawy Pzp.

#### 7. Dotyczy pakietu nr 1

Mając na uwadze ekonomiczne aspekty i wymierne finansowe oszczędności wynikające z zaledwie 0,5% stężenia roztworu roboczego prosimy o dopuszczenie preparatu posiadającego w składzie enzymy skutecznie działające przeciw białkom, lipidom, składnikom komórkowym, kompatybilnego ze wszystkimi markami endoskopów, o pH zasadowym – zgodnie z wymogiem Zamawiającego choć nieco niższym niż 10,7-10,8. Wartość pH nie jest stała dla poszczególnych preparatów i może się znacząco różnić w zależności od wyprodukowanej serii.

Unikalna formuła została opracowana specjalnie do mycia endoskopów elastycznych w myjni-dezynfektorze WD-430.

**Odp.** Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### 8. Dotyczy pakietu nr 2

Czy zamawiający wymaga zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych przeprowadzenia kalibracji posiadanej myjni-dezynfektora WD-430 przez autoryzowany serwis?

**Odp.** Zamawiający wymaga kalibracji myjni-dezynfektora WD-430 przeprowadzonej przed podłączeniem zaoferowanych środków i przeprowadzonej przez uprawniony serwis. Zamawiający będzie żądał dokumentacji z kalibracji przepływów. Przeprowadzenie powyższego zabezpiecza oferent preparatów.

#### 9. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgodnie z paragrafem 4, punktem 8 i 9 umowy wymaga przeprowadzenia opisanych tam czynności serwisowych przez autoryzowany serwis producenta urządzenia?

**Odp.** Zamawiający wymaga wykonania czynności, o których mowa w par. 4 ust. 8 i 9 przez uprawniony serwis.

**Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.08.2017 – składanie ofert do godz. 10.00 i otwarcie ofert o godz. 11.00.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna