

Poznań, dnia 21.08.2017
EZ/350/55/2017/631

**Wg rozdzielnika:
do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie
publiczne.nr 55/2017
dotyczy: Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych niesterylnych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 5 do Specyfikacji w zakresie pakietu nr 1 i 2.

Dodany do opisu tekst został podkreślony:

PAKIET NR 1 SZPITAL

Rękawice diagnostyczne nitylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z naturalnego aloesu i witaminy E, niebieskie, bez zawartości białka i glutenu, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/- 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony, min. 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol, izopropanol) z informacją na opakowaniu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary według potrzeb zamawiającego. op. XS-L po 200;szt.

Ilość - Opakowań 40.000 /a 200 szt w opakowaniu

PAKIET NR 2 PATOLOGIA, CBO

Rękawice diagnostyczne nitylowe do badań, białe, grubość na palcu 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 260 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary według potrzeb zamawiającego. Opakowanie posiada otwór dozującywypełnione folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania. Rozmiary wg. potrzeb zamawiającego S-L. Op.po 150 sztuk

Ilość - Opakowań 4000 /a 150szt w opakowaniu

Jednocześnie zmianie ulega zapis części VII pkt, który otrzymuje brzmienie:

3. Dokument lub odpis dokumentu z rejestru lub innej ewidencji lub inny dokument w celu potwierdzenia i weryfikacji weryfikacji osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli.

UWAGA:

Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno- eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej- Sarna